

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

23/01/2019

İlan No : 2019-01-454
İstem No : 45676
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIM

6

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, UMBLİKAL, ARTER, TEK LÜMENLİ, 3.5FR	30	Adet					
2	KATETER, UMBLİKAL, ARTER, TEK LÜMENLİ, 5FR	30	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GÖBEK KATETERİ (UMBLİKAL KATETER) 3,5FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kateter esnek, yumuşak ve poliüretandan yapılmış olmalıdır.
- 2- Kateter röntgen altında görüntülenebilmesi için radyo pak olmalıdır.
- 3- Kateter tek lümenli olmalıdır.
- 4- Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
- 5- Kateter ile birlikte aynı ambalaj içinde üçlü musluk bulunmalıdır.
- 6- Kateter çapı 3,5 Fr olmalıdır.
- 7- Kateter üzerinde derinlik işaretleri bulunmalıdır.
- 8- Kateter venöz ve arteriyal yoldan yerleştirilebilmelidir.
- 9- Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 10- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

GÖBEK KATETERİ (UMBLİKAL KATETER) 5FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter esnek, yumuşak ve poliüretandan yapılmış olmalıdır.
2. Kateter röntgen altında görüntülenebilmesi için radyo pak olmalıdır.
3. Kateter tek lümenli olmalıdır.
4. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
5. Kateter luer lock bağlantıya sahip olmalıdır.
6. Kateter çapı 5 Fr olmalıdır.
7. Kateter üzerinde 1 cm aralıklarla işaret bulunmalıdır.
8. Kateter venöz ve arteriyal yoldan yerleştirilebilmelidir.
9. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Neonolojisi
Dip. Tes. No: 29800-35544

Prof. Dr. Nurdet KUYUCU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Tes. No: 29800-35813