

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

23/01/2019

İlan No : 2019-01-451
İstem No : 45684
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

6

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAŞLIK OKSİJEN İÇİN, HOOD	5	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BAŞLIK OKSİJEN İÇİN, HOOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yenidoğanların bel kısmı veya baş kısmından yerleştirilerek bebeğe istikrarlı ve düzgün oksijen akışını sağlamak amacına uygun özellikte olmalıdır.
2. Kolay depolanabilmesi için iç içe geçebilir özellikte olmalıdır.
3. Giriş kısmı düz diğer kısımları kubbe şeklinde olmalıdır.
4. IV sıvı hatları, oksijen analizörleri veya ECG hatları için taban kısmında, üstte ve yanda giriş portları bulunmalıdır.
5. Oksijen akışını hood un duvarına doğru yönlendirecek aparatı olmalıdır.
6. Üst portta silikon beslenme tüpü tutucusu bulunmalıdır.
7. En az 27cm x 27cm x 17.5cm ebetlerinde olmalıdır.
8. Giriş kısmında bebek ile hood arasında tampon vazifesi görecek silikon, ayrılabilir ve kesilebilir perdesi bulunmalıdır.
9. Enjeksiyon kalıp polikarbonat materyalden mamul olmalı ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Küvöz ve açık yataklarda kullanılabilmelidir.
11. Hood la birlikte 2 ad gaz deflektörü, 2 adet akım yönlendiricisi, 1 ad silikon kesilebilir özellikte perde (flap) verilmelidir.
12. Türkçe kullanım klavuzu bulunmalıdır.

Doç. Dr. Yüçin ÇELİK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Neonatoloji
Dip. Tes. No: 22180/58944

Prof. Dr. Necdet KUYUCU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Dip. Tes. No: 29800-35813