

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

23/01/2019

İlan No : 2019-01-449
İstem No : 45719
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

5
H

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, 5CMX35CM	80	Adet					
2	KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, 5CMX7.5CM	100	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, 5CMX35CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır.
2. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3. Malzeme ortamın pH değerine düşürerek bakterisidal özelliğe sahip olmalıdır.
4. 3-4 dakikada güvenli hemostat sağlamalıdır.
5. Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
6. Gama ışını ile steril edilmelidir.
7. Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
8. Kesildiğinde veya kan ve su ile temasında dağılmamalı ve sertleşme yapmamalıdır.

2. KANAMA DURDURUCU, SELÜLOZ İÇEREN, 5CMX7.5CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır.
2. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3. Malzeme ortamın pH değerine düşürerek bakterisidal özelliğe sahip olmalıdır.
4. 3-4 dakikada güvenli hemostat sağlamalıdır.
5. Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
6. Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
7. Kesildiğinde veya kan ve su ile temasında dağılmamalı ve sertleşme yapmamalıdır.

Dr. Öğr. Üy. Vural HAMZAĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tescil No: 114656/94366

Prof. Dr. Cahit BAĞDATIOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Nöroşirürji A.D. Başkanı
Dip. Tesc. No: 97 151