

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

28/03/2019

İlan No : 2019-03-1387
İstem No : 46773
Alım No :
Talep Edilen Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/04/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VİTRİFİKASYON EMBRİYO DONDURMA MEDYUMU	1	Kit					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

46773 NOLU İSTEME AİT TEKNİK ŞARTNAME

1-Vitrifikasyon (embriyo dondurma medyumunu) seti teknik şartnamesi

- 1- Ürün, insan yumurtalarının, embriyolarının ve blastosistlerin dondurulmasında kullanılabilir olmalıdır.
- 2- İçeriğinde, kryoprotektan olarak DMSO, antibiyotik olarak gentamisin içermelidir. Protein kaynağı olarak Dextran Serum Supplement içermelidir.
- 3- Oda sıcaklığında bekletildikten sonra kullanıma hazır olmalıdır.
- 4- Paket içerisindeki solüsyonlarda aşağıdaki içerikler bulunmalıdır.
Şişe 1: Equilibration medium (ES) 2x1 ml
Şişe 2: Vitrification medium (VS) 2x 1 ml
- 5- Vitrifikasyon solüsyonlarının raf ömrü (2-8°C'de saklamak koşulu ile) teslimattan itibaren en az 4 ay olmalıdır.
- 6- Solüsyonlar steril (SAL)10⁻³ olmalıdır. Üründe her batch numarası için sterilité, ph, fare embriyosu testleri yapılmış olmalıdır. Endotoksin ≤ 0,5 EU/ml olmalıdır.
- 7- Teklif veren firma, üretici firmanın kendi ülkesinden onaylı Sağlık Sertifikasını belgelendirmelidir.
- 8- Teklif veren firma üretici firmanın sahip olduğu ISO belgesini ibraz etmelidir.

Dr. Öğrt. Üyesi Saliye TAĞA
MED. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Dip. Tes. No: 143

Prof. Dr. Faik Gürkan YAZICI
MED. Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No: 83910