

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/04/2019

İlan No : 2019-04-1592
İstem No : 46930
Alım No :
Talep Eden Birim : Tıbbi Onkoloji / Tıbbi Onkoloji Ayaktan Kemoterapi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

DE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/04/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ELASTOMERİK POMPA, 2 GÜNLÜK	500	Adet					
2	İĞNE, PORT, 19G	1000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. Tedavi protokolünün gerektirdiği akış hızında (max 350 ml) ilaç uygulamasına uygun olmalıdır.
2. Pompa yavaş ve uzun süreli (2ml/sa, 48 saat ve 2ml/sa, 120 saat) ilaç uygulamasına imkan sağlamalıdır.
3. Pompa, intravenöz, intraarterial ve subkutan uygulama yapmaya uygun olmalıdır.
4. Tedavinin ayaktan yapılmasına imkân sağlayacak şekilde taşınabilir, hafif ve tek kullanımlık olmalıdır.
5. Pompa hazırlandıktan sonra ilacın stabil kalabildiği süre içerisinde, istenen herhangi bir zamanda hastaya takılabilmelidir.
6. Pompa, herhangi bir elektrik bağlantısı ya da pil olmaksızın çalışabilmelidir. Çalışma mekanizması kinetik elastomerik teknolojiye (balon rezervuar) dayanmalıdır.
7. Akış hızı $\pm$ % 10 ila $\pm$ % 10 hassasiyette olmalı ve yerçekiminden etkilenmemelidir.
8. Rezidüel hacim 1 – 3 ml sınırları içerisinde olmalıdır.
9. Elastomerik rezervuar şeffaf ve poliizopren yapıda olmalı ve lateks içermemelidir.
10. Sızdırmayı önleyecek ve gerektiğinde etiket yapıştırılmasına imkân verecek veya üzerine yazı yazılabilecek sert bir koruyucu hazneye sahip olmalıdır.
11. Sistem (rezervuar, set ve akış düzenleyicisi) tamamen kapalı sistem olmalıdır.
12. Hava filtresi olmalı veya sistem solüsyonu rezervuarın içinden ve merkezinden gelen bir borucuk vasıtası ile sete iletmeli ve bu şekilde rezervuarın içindeki hava kabarcıkları sete ulaşmamalıdır.
13. Seti, 95 cm uzunlukta ve infüzyonun istenmeden kesilmesini önlemek için kink (kırılma, katlanma) yapmayan özellikte olmalı, set üzerinde klemp olmamalıdır.
14. Dolum set üzerinden yapılmamalıdır.
15. Akış düzenleyici üretim sırasında sete ve cihaza eklenmiş olmalı, uygulama öncesi cihaza takılacak şekilde olmamalı, hazırlama sırasında cihaz – akış düzenleyici karışıklığına sebep olmamalıdır.
16. İnfüzyon pompasına ilacın doldurulması anında stabil akışın sağlanması için bir negatif basınç oluşmasını sağlayacak sisteme sahip olmalıdır
17. Rezervuar şeffaf yapıda olup kalan miktar net olarak izlenecek şekilde skalası olmalı ve içindeki mayinin tamamen bitmesini sağlayacak şekilde olmalıdır
18. Set, infüzyonun istenmeden kesilmesini önlemek için kink (kırılma, katlanma) yapmayan özellikte olmalıdır.
19. İlaç doldurma portunda ilacın geri akışını önleyen tek yönlü bir valf bulunmalıdır.
20. Doldurma anında oluşabilecek fazla havanın kolayca enjektörle geri alınmasına imkân vermelidir.

1. Kanül, özel bileylenmiş minimal kesme ve az oranda dilatasyonu sağlayan atravmatik uçlu olmalıdır. Haindl'a göre özel bileyli şekli iki basamaklı biley; birinci basamak keskin, ikinci basamak özel teknikle yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Fiksasyon kanatları ya da düz kısmı portun üzerine tam kapatacak şekilde olmalı, kanatlar ya da düz kısmı ne çok sert ne de yumuşak olmalı; hastayı rahatsız etmemeli ve kullanımı zorlaştırmamalıdır.
3. Düz veya 90 derece açılı veya 90 dereceli açılı line olmalıdır.
4. 90 derecelik surecan, basınçlı kontras madde enjeksiyonlarına uygun olmalıdır.
5. Enjeksiyon line'li uzunluğu en az 20 cm, en fazla 25 cm geçmemelidir.
6. Klemp'li ve line'li olmalıdır.

Doç. Dr. Vahide ÇOLAK
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi,
İlemer A.O., 06800 Yeniköy M.D.
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

İzmir Atatürk Kültür Merkezi ve
Tiyatro Tarih Müzesi
Diyadin No.: 93964