

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/05/2019

İlan No : 2019-05-2183
İstem No : 47474
Alım No :
Talep Eden Birim : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / Fizik Tedavi Salonları
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/05/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HOTPACK, BEL İÇİN	20	Adet					
2	PARAFİN, KATI	300	Kg					
3	CANDO WEB	2	Set					
4	ELEKTROD PEDİ, KENDİNDEN YAPIŞKANLI, ÇİTÇİTLİ, YETİŞKİN	50	Adet					
5	ELEKTROD PEDİ, KOMBİNE CİHAZLAR İÇİN	25	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HOTPACK, BEL İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boyu 9, eni 2 birim toplam 18 birim olmalıdır.
2. Kolay yıpranmayacak sağlam yapıda olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün teslim edilmeden numunesi kullandırılmalıdır.
4. Askılık bağcıkları olmalıdır.
5. Dikişleri açılmayan
6. Boyu 9, eni 2 biri toplam 18 birim olmalıdır.

PARAFİN KATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Parafin fizik tedavi uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Katı özellikte olmalıdır.
3. Parafinin ergime sıcaklığı 53-56 derece olmalıdır.
4. Parafinle birlikte vazelin kullanımına gerek olmamalıdır.
4. 3 kg lık paketler halinde olmalıdır.

CANDO WEB TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Webler elastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2- Webler delikli olmalı ve bu deliklerle parmak flexion ve ekstansiyon çalışmak mümkün olmalıdır.
- 3- Webler büyük 35cm çaplı olmalıdır.
- 4- Weblerin her rengin direnci farklı olmalıdır.

ELEKTROD PEDİ, KENDİNDEN YAPIŞKANLI, ÇİTÇİTLİ, YETİŞKİN TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrot kurumumuzda mevcut Compex 3 marka Professional model kas simülatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Elektrot 5x5 cm boyutunda çitçitli olmalıdır.
3. Elektrot esnek ve sağlam yapılı olmalıdır
4. Elektrotların üzerinde uzun süre ve iyi iletkenlikte kullanım için karbon film içermelidir.

ELEKTOD PEDİ, KOMBİNE CİHAZLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut chattonoga kombine elektoterapi cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ölçüleri 8x6 elektoda uyumlu olmalıdır.
3. Dikişleri kolay açılmamalıdır.

Prof. Dr. Günşah ŞAHİN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Bip. Tas. No: 830

Prof. Dr. Nuriye ARINCINCE
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Bip. Tas. No: 84336