

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/05/2019

İlan No : 2019-05-2184
İstem No : 47599
Alım No :
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

HS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/05/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ENDOLOOP SETİ, ENDOSKOPİK, DISPOSABLE	10	Adet					
2	BİYOPSİ FORSEPSİ, İĞNELİ, 2.3MM, 220-240CM	30	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.


1. TEKLİ ENDOSKOPIK LİGASYON LOOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gastrointestinal Perforasyonlarda, ESD/EMR işlemlerinde, kanama kontrolünü sağlamada ve polip ligasyonlarında kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş olmalıdır.
2. Ligasyon looplarının açık haldeki çapları 15 mm-20mm-30mm ve 40 mm olarak kliniğin talebi doğrultusunda tercih edilebilir olmalıdır.
3. Ligasyon loop bağlama halkası mavi renkte raipak materyalden mamul olmalıdır.
4. Ligasyon loop bağlama halkasının fiksasyonu silikon materyalden olmalı latex içermemelidir.
5. Ligasyon loop şekil itibari ile poliplere tutunma performansı yüksek olmalı polipten kaymamalıdır.
6. Ligasyon loop atravmatik olmalı bağlama yapılan dokuda perforasyon yaratmamalıdır.
7. Ligasyon loop klinikte bulunan handle la uyumlu olmalı tutamaç kısmından kolayca fiksasyon sağlamalıdır.
8. Ligasyon loop disposable olmalıdır.
9. Ligasyon loop üzerinde son kullanma tarihi barkodu ve referans numarası bulunmalıdır.
10. Ligasyon loop steril paketlerde sunulmalı bir ambalaj içerisinde kullanım klavuzu ile birlikte teslim edilmelidir.

2. BİYOPSİ FORSEPSİ, İĞNELİ, 2.3 MM, 220-240 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2.8 mm'lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. Handle bölgesi olmalıdır.
3. Açıldığında kaşıklar arası 6 mm olmalıdır.
4. 220-240 cm arası uzunlukta ve iğneli olmalıdır.


Prof. Dr. Engin ALTINER
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19949 / 23417 Dip. Sic. No: 46195


Uzm. Dr. Rıza Rızaoğlu BALCI
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Gastroenteroloji Yataklı Dahiliye Uzmanı
Dip. Tes. No : 130466