

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

21/06/2019

İlan No : 2019-06-2663
İstem No : 48288
Alım No :
Talep Eden Birim : ANESTEZİ ve REANİMASYON DEPOSU / Anestezi Stoğu
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

K
G

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/06/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KARBONDİOKSİT EXTENSION ÖLÇÜM KİT, SPACE MONİTÖR İÇİN	10	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KARBONDİOKSİT EXTENSION ÖLÇÜM KİT TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Kapnograf ölçüm kiti bölümümüzde kullanılan spacelabs marka hastabaşı monitörü cihazlarının orijinal ölçüm kiti olmalıdır.
2. Kapnograf ölçüm kiti 10'luk paketlerde olmalıdır.
3. Kapnograf ölçüm kiti disposable yapıda olmalıdır.
4. Kapnograf ölçüm kiti tek parçadan oluşmalıdır.
5. Kapnograf ölçüm kitinin ETCO2 ölçüm modülüne bağlantısını sağlayan ara adaptöre sahip olmalıdır.
6. Kapnograf ölçüm kiti şeffaf ve kokusuz olmalıdır.
7. Kapnograf ölçüm kiti içeriğinde yer alan sampling line en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır.
8. Kapnograf ölçüm kiti yetişkin/pediyatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
9. Kapnograf ölçüm kiti Adaptör ile hasta bağlantısını sağlayan şeffaf tubing'e sahip olmalıdır.
10. Non allerjenik olmalıdır.
11. Tek tek ambalajlanmış olmalıdır.
12. Kapnograf ölçüm kiti uluslararası kalite standartlarına uygun CE Belgeli olmalıdır.
13. Kapnograf ölçüm kiti için 1 adet numune verilecek, verilen numuneler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numune vermeyen ve verdikleri numuneler uygun olmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Teklif veren firmalar kapnograf ölçüm kiti ihtiyacı gerektiren hasta başı monitör cihazlarının teknik servisini vermeye yetkili oldukları belgeleri teklifleri ile birlikte vermelidirler.
15. Teklif veren firmalar ürün ile ilgili referans belgesi vermelidirler.

Prof. Dr. Murat DORUK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No.: 51743

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AZIZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 99631