

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

21/06/2019

İlan No : 2019-06-2665
İstem No : 48309
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/06/2019 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | İNDİKATÖR, BUHAR STERİLİZASYONU, KİMYASAL, CLASS 4 | 40000 | Adet | | | | | |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

İNDİKATÖR, BUHAR STERİLİZASYONU, KİMYASAL, CLASS 4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün 118⁰C -138⁰C derece'ye kadar olan ön vakumlu buhar otoklavlarında paket kontrolünde kullanılmalıdır.
2. En az iki parametrelili olmalı, doymuş buhar, sıcaklık ve zaman parametrelerinden en az ikisi hakkında bilgi vermelidir
3. İndikatör TSE EN 11140-1 Class 4 standartlarına uygun olmalıdır ve bu uygunluk bağımsız bir kuruluştan alınmış olan rezistometre test raporuyla belgelendirilebilmelidir. Bu belge teklif dosyasında sunulmalıdır.
4. Geçerli işlem görmüş indikatörde sonuç yorumuna yer bırakmayacak derecede belirgin ve net olmalıdır. Renk değişimi en az 6 ay sabit kalmalı, kayıt olarak saklanabilmelidir.
5. Kimyasal madde toksik olmamalı, steril olan malzemeye transfer olsa dahi herhangi bir zarar vermemelidir, indikatörün toksik olmadığına dair "Materyal Güvenlik Veri Dosyası" (MSDS) ibraz edilmelidir.
6. Teklif edilen üründe sterilizasyon sonunda çekme, buruşma olmamalıdır; kimyasalında akma, dağılma vb. hasarlar olmamalıdır.
7. Her indikatör üzerinde lot numarası, marka, sınıf ve sterilizasyon yöntemi belirtilmiş olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün özel koşullar gerektirmeden 15-30⁰C sıcaklık ve % 30-70 nem aralığında saklanabilmelidir.
9. İndikatörü teslim edilirken 3 Adet A3 ve ya A4 ebatlarında asetat kaplı referans tablosu bedelsiz teslim edilmelidir.

Ayser MERİÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire