

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/06/2019

İlan No : 2019-06-2745
İstem No : 48414
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM



Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/07/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ENJEKTÖR, DENTAL, 2.5CC	6000	Adet					
2	KOTER PLAĞI, DİSPOSABLE, PEDİATRİK	200	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Hemşirelik

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

ENJEKTÖR, DENTAL, 2.5CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekli, steril ambalajlarda olmalıdır.
2. 2,5 cc olmalıdır.
3. İğnesi 0,40 x 50 mm olmalıdır.

[Signature]
Uzm. Hemş. R. Zeynep ÇAVDAR
MEÜ Eğitim Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhemşire Yardımcısı

[Signature]
Hemş. G. Gülser LAĞAP
MEÜ Eğitim Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizm. Koordinatörü

Arak fethane

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

KOTER PLAĞI, DİSPOSABLE, PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Koter plakları çift çıkışlı olmalı ve plağın iletken kısmı birbirinden ayrı iki bölümünden oluşmalı çocuklarda kullanılmaya uygun boyutlarda olmalıdır.
2. Kendinden yapışkanlığı yüzeyi ile hastanın derisine tam temas sağlanmalıdır.
3. Cilde zarar vermeyecek şekilde yapıştırılabilir ve çıkartılabilir olmalıdır.
4. Her türlü sıvı temasında deriye tutunmayı sürdürmeli ve işlevini korumalıdır.
5. Çıkarıldığında iz bırakmamalı, alerjik reaksiyonlara yol açmamalıdır.
6. Hasta vücuduna temas ettiğinde minimal elektriksel direnç oluşturmamalıdır.
7. Plaklar steril tekli ambalajlarda olmalıdır.
8. Plağın iletkenliği maksimum seviyede olmalıdır.

Dr. Onur İSİR
MEC Sağlık Araştırma ve Uygulama
Merkezi Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No. : 134299/17m. Tes. No: 134143

Dr. Onur İSİR
MEC Sağlık Araştırma ve Uygulama
Merkezi Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No. : 134299/17m. Tes. No: 134143