

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/07/2019

İlan No : 2019-07-2932
İstem No : 48565
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/07/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNDİKATÖR, KİMYASAL, HİDROJEN PEROKSİT, STERİLİZASYONU	10000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

.İNDİKATÖR, KİMYASAL HİDROJEN PEROKSİT, STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İndikatörün TS EN ISO 11140-1 Standartlarına uygun olmalıdır. Üretici firma bu standardı belgelendirmelidir. **Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.**
2. Üretici, firma ISO 9001 ; ISO 13485 belgelerine sahip olup; bunu belgelendirilmelidir. **Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.**
3. Hidrojen Peroksit plazma sistemi için özel üretilmiş olmalıdır.
4. Hidrojen peroksit kimyasal indikatörünün kimyasal formülü ve reaksiyon mekanizması belgelendirilebilmelidir. Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
5. Kimyasal indikatör hidrojen peroksit gazına ve sterilizasyon ısisına aynı anda reaksiyon göstermelidir. Sterilizasyon güvenliği açısından sadece ısıya reaksiyon gösteren indikatörler kabul edilmeyecektir.
6. Kimyasal madde toksik olmamalı, indikatörün toksik olmadığına dair Materyal Güvenlik Veri Dosyası (MSDS) ibraz edilmelidir. **Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.**
7. Hidrojen Peroksit Kimyasal İndikatörü polistirenden veya polietilen mamul ve opak bir strip olmalıdır.
8. Kimyasal indikatörün üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi bulunmalıdır.
9. Kimyasal indikatör referans bölgesi hem de şerit çizgisi enine olmalı, görülmesi ve değerlendirilmesi kolay olmalıdır, insan gözünün algılayabileceği genişlikte (yakın görme sklası referans alındığında 33 cm uzaklıktan net görünebilir genişlikte) olmalıdır.
10. İşlem gören indikatörün üzerindeki başlangıç rengiyle ile işlem sonucunda streilizasyon olduğunu gösteren renk objektif olarak birbirinden farklı olmalı, oluşan renk dönüşümü ton farklılıkları göstermemeli ve yoruma izin vermeyecek ölçüde zıt renkler oluşmalıdır.
11. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
12. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans renk" ten farklı tonlarda olmalıdır.
13. Kimyasal indikatörler kurumumuz demirbaşında mevcut olan cihazlarla valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir. Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
14. Teklif edilen ürün özel koşullar gerektirmeden 15-30 °C sıcaklık ve % 30-70 nem aralığında saklanabilmeli.
15. İndikatör teslim edilirken 3 Adet A3 ve ya A4 ebatlarında asetat kaplı referans tablosu bedelsiz olarak teslim edilmelidir.


Prof. Dr. Mehmet ÇOLAK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhekim Yardımcısı


Ayşe MERİÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire