

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

09/07/2019

İlan No : 2019-07-2944
İstem No : 48577
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/07/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HÜCRE TEMİZLEME ENZİMİ, OOSİT KÜMÜLÜS	1	Adet					
2	MEDYUM KAPLAMA YAĞI	3	Adet					
3	BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU, HSA'LI	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

48577 NOLU İSTEME AİT MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- HÜCRE TEMİZLEME ENZİMİ, OOSİT KÜMÜLÜS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositten kumulus ve korona hücrelerinin temizlenmesi için konsantre solüsyon
2. Fizyolojik tuz tamponlu olmalıdır.
3. 10 kez konsantre edilmiş olmalıdır.
4. Penisilin G içermelidir.
5. HSA içermelidir.
6. Phenol red içermemelidir.
7. 800 IU/mL düzeyinde Hyaluronidaz enzimi içermelidir.
8. Gamet kültür solüsyonu ile dilüe edilerek kullanılabilir olmalıdır.
9. EDTA içermemelidir.
10. HEPES içermemelidir.
11. 37°C ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalıdır.
12. -20°C'de dondurulmuş olarak veya +2/+8 °C 'de saklanmalıdır.
13. 0,1 ml Şişelerde olmalıdır.
14. pH:7,35 +/- 0,1; osmolalite 283 +/- 5 olmalı
15. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
16. Bakteriyel endotoxin < 0,5 EU/ml olmalıdır.

Prof. Dr. Fatma Gürkan YAZICI
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No: 83910

2- MEDYUM KAPLAMA YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IVF ve mikromanipülasyon prosedürlerinde medyumların üzerini kaplamaya uygun olmalıdır.
2. Steril, hafif parafin yağı olmalıdır.
3. Uygun vizkozitede o olmalıdır.
4. İnsanlarda medikal kullanım için en yüksek saflıkta olduğu onaylanmış olmalıdır.
5. Steril filtre edilmiş olmalıdır.
6. Şişeler ısı değişimlerine ve ışığın nüfüzüne engel olan üzerinde üretici firma etiketi olan özel plastik koruyucularda olmalıdır.
7. 100 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
8. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
9. 37°C ve %5 veya %6 CO2 ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalıdır.
10. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
11. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
12. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.
13. Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır

Dr. Öğr. İyesi Safiye TAĞA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Ünvanı: Doç. Dr.
Dip. Tes. No: 83910

3- BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeden sonra 6-8 hücre aşamasına kadar insan embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. EDTA içermelidir.
5. HEPES içermemelidir.
6. Penisilin G içermelidir.
7. Phenol red içermemelidir.
8. 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
9. 30 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
10. Albümin kaynağı içermelidir.
11. HSA ileve edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
12. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
13. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 261 +/- 5 olmalıdır.
14. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
15. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
16. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Safiye TAĞA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üye (Tıp Fakültesi) Merkezi
Dip. Tes. No: 143

Prof. Dr. Faik Gürkan YAZICI
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No: 83910