

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

17/07/2019

İlan No : 2019-07-3075
İstem No : 48682
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : **22/07/2019 10:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, NO:10	50	Adet					
2	SONDA, NELATON, 08FR	3500	Adet					
3	TURNİKE, LASTİK, KALIN	150	Metre					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SONDA, NELATON,08 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nontoksik ve apirojenik özellikte Tıbbi PVC'den üretilmelidir.
2. Sonda konektörden sonra en az 34cm. uzunluğunda şeffaf, tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.
3. Sondanın açık uç kısmı atravmatik olması için yuvarlatılmış ve uygun aspirasyon için kenarlarında mülly uç tanımına uyacak şekilde 2 adet simetrik delikli olmalıdır.
4. Kateterin aspiratöre bağlanan ucu dünya standartlarına renk kodu sistemine uygun farklı renklerden oluşmalıdır.
5. Tahriş edici sertlikte olmamalı, bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
6. Konektör konik şekilde olmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlaması amacıyla buzlandırılmış bir yüzeye sahip olmalıdır.

Uzm. Hemş. Müde MORAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizmeti Koordinatör Yrd.

Uzm. Hemş. Başemşire Nursen ÇAVDAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhemşire Yardımcısı

SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayrı bir lümeninden check valf mekanizmalı şişirilebilen 1–3 cc'lik balona sahip olmalıdır.
2. Sondaların uzunluğu en az 25cm olmalıdır.
3. Üretra ve mesane için iritan olmayan %100 silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Steril iç içe bağımsız olarak açılabilen iki ayrı paketin içinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
5. Uygulama sırasında kolaylık sağlamak üzere sert plastik mandrene sahip olmalıdır.
6. Standart idrar toplama torbalarına uyumlu olmalıdır.
7. Apirojen olmalıdır.
8. Radyoopak çizgisi ve plastik luer-llock valfi olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama
Merkezi Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No : 134290/Uzm. Tes. No:103143

MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi

Dr. Caner İSBİR

TURNİKE, LASTİK KALIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Esnek ve sağlam olmalıdır.
3. Alerjiye neden olmamalıdır.
4. Turnike 8x10 mm' den küçük olmamalıdır.

Dr. Cem

Dr. Akoy

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAKKEŞOĞLU
MEÜ Sağlık Bilimleri
ve Uygulama Merkezi
Genel Cerrahi A.D.
Din. Tes. No: 87941

Prof. Dr. Mustafa Musa DİRLİK
MEÜ Sag. Arş. ve Uyg. Mrk
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No: 4869 24773 26272