

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/07/2019

İlan No : 2019-07-3000
İstem No : 48702
Alım No :
Talep Eden Birim : ANESTEZİ ve REANİMASYON DEPOSU / Anestezi Stoğu
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/07/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LARİNGOSKOP SAPI	1	Adet					

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

LARİNGOSKOP SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laringoskop sapı heine marka blade'lerle uyumlu olmalıdır,
2. Laringoskop'un handle paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır.
3. Şarj edilebilmelidir.
4. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir.

Prof. Dr. NURCAN DORUK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tis. No: 51793



Prof. Dr. ASİNER SAGÜN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tis. No: 126751

CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : <u>LAREN GESKOP</u>	
<u>ANESTEZİ</u>	Marka : <u>HEINE</u>	
	Model : <u>—</u>	
	Seri No : <u>1100529299</u>	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: <u>02.07.2019</u>	Var [] Yok [<u>4</u>]	Var [] Yok [<u>4</u>]

Cihazın elektronik kısmını oksitlenmiş olup
zor görmüşür. Temiri yapılmadığı için Hekle
ayrılması uygundur.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Nurettin DİNGER Biyomedikal Teknikeri		

Açıklama	
----------	--