

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/07/2019

İlan No : 2019-07-2972
İstem No : 48738
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/07/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SHUNT, ORTA BASINÇLI, HİDROSEFALİ, VENTRİKÜLOPERİTONEAL, ANTİBİYOTİKSİZ, PEDIATRİK	4	Adet					
2	SHUNT, ORTA BASINÇLI, HİDROSEFALİ, VENTRİKÜLOPERİTONEAL, ANTİBİYOTİKSİZ, YETİŞKİN	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. SHUNT, ORTA BASINÇLI, HİDROSEFALİ, VENTRİKÜLOPERİTONEAL, ANTİBİYOTİKSİZ, PEDIATRİK ŞARTNAMESİ

1. Çift Basınç Kontrollü Shunt Kiti, MRI ve CT uyumlu olmalıdır.
2. Çift Basınç Kontrollü Shunt Kiti, beyin lateral ventrikülerinden peritoneal boşluğa serebrospinal sıvının shunt edilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Çift Basınç Kontrollü Shunt Kiti, tek pakette bir adet Çift Basınç Kontrollü Valf, bir adet ventriküler kateter, bir adet peritoneal kateter içermelidir.
4. Valf, silikon ve polysulphone'dan imal edilmiş olmalı, latex ve metal içermemelidir.
5. Valf'in basınç kontrolünü sağlaması için ventriküler kateter girişinde ve peritoneal kateter çıkışında olmak üzere 2 adet yakut top ve yay sistemli mekanizması olmalıdır.
6. Valf'in mekanizmaları Polysulphone'dan imal edilmiş gövde içerisinde, biri proksimal uç konnektörü ile tek parça halinde, diğeri ise distal uç konnektörü ile tek parça halinde olmalıdır.
7. Valf'in saatte 21cc sıvı akışında extra low 10-30mmH20, low 30-70mmH20, medium 70-110mmH20 ve high 110-140mmH20 basınç aralıklarında kontrollü çalışmalıdır.
8. Valf yatık dizayn olmalı, üzerinde basınç düzeyini ve akış yönünü gösteren radyopak işaretler bulunmalıdır.
9. Valf'in Yetişkin ebatta gövde boyu 31.5mm ve yüksekliği 7mm olmalıdır. Valf'in Pediatrik ebatta gövde boyu 28mm ve yüksekliği 6.2mm olmalıdır.
10. Valf'in giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı ve bu oluklar kateterin sağlam bağlanmasını sağlamalıdır.
11. Valf'in BOS örneği almak veya enjeksiyon yapabilmek için bir rezervuar haznesi ve bir iğne muhafazası içermelidir. Rezervuar, valf gövdesi üzerinde olmalı, ayrı olmamalıdır.
12. Valf'in parça yapışmasını ve deformasyonu engellemek için birbirinden farklı materyallerin beraber çalıştığı şekilde tasarlanmış olmalıdır.
13. Ventriküler kateter silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır. Yerleştirmeye yardımcı olacak paslanmaz çelikten kılavuz teli olmalıdır.
14. Pediatrik ebatta iç çapı 1,2mm, dış çapı 2.5mm ve uzunluğu en az 15cm olmalıdır. Kateterin kırılmadan bükülmesini sağlayan sağ açılı konnektörü bulunmalıdır.
15. Ventriküler kateter'in yuvarlatılmış ucunda giriş delikleri bulunmalı ve mesafe tayini için her 1 (bir) cm'de işaretler olmalıdır.
16. Peritoneal kateter'in silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır.
17. Peritoneal kateter'in ucu açık olmalı ve mesafe tayini için her 10 cm'de işaretler olmalıdır.
18. Pediatrik ebatta iç çapı 1mm, dış çapı 2mm ve uzunluğu 90cm olmalıdır.

2. SHUNT, ORTA BASINÇLI, HİDROSEFALİ, VENTRİKÜLOPERİTONEAL, ANTİBİYOTİKSİZ, YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift Basınç Kontrollü Shunt Kiti, MRI ve CT uyumlu olmalıdır.
2. Çift Basınç Kontrollü Shunt Kiti, beyin lateral ventrikülerinden peritoneal boşluğa serebrospinal sıvının shunt edilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Çift Basınç Kontrollü Shunt Kiti, tek pakette bir adet Çift Basınç Kontrollü Valf, bir adet ventriküler kateter, bir adet peritoneal kateter içermelidir.
4. Valf, silikon ve polysulphone'dan imal edilmiş olmalı, latex ve metal içermemelidir.
5. Valf'in basınç kontrolünü sağlaması için ventriküler kateter girişinde ve peritoneal kateter çıkışında olmak üzere 2 adet yakut top ve yay sistemli mekanizması olmalıdır.
6. Valf'in mekanizmaları Polysulphone'dan imal edilmiş gövde içerisinde, biri proksimal uç konnektörü ile tek parça halinde, diğeri ise distal uç konnektörü ile tek parça halinde olmalıdır.
7. Valf'in saatte 21cc sıvı akışında extra low 10-30mmH20, low 30-70mmH20, medium 70-110mmH20 ve high 110-140mmH20 basınç aralıklarında kontrollü çalışmalıdır.
8. Valf yatık dizayn olmalı, üzerinde basınç düzeyini ve akış yönünü gösteren radyopak işaretler bulunmalıdır.

Prof. Dr. Celal KAYAĞÖZ
M.D. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Nöroloji A.D. Başkaya
Dış. Tel. No: 27 131

Dr. Öğr. Üy. Hakan ÖZALP
M.D. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dış. Tescil No: 109070/84407

9. Valf'in Yetişkin ebatta gövde boyu 31.5mm ve yüksekliği 7mm olmalıdır. Valf'in Pediatrik ebatta gövde boyu 28mm ve yüksekliği 6.2mm olmalıdır.
10. Valf'in giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı ve bu oluklar kataterin sağlam bağlanmasını sağlamalıdır.
11. Valf'in BOS örneği almak veya enjeksiyon yapabilmek için bir rezervuar haznesi ve bir iğne muhafazası içermelidir. Rezervuar, valf gövdesi üzerinde olmalı, ayrı olmamalıdır.
12. Valf'in parça yapışmasını ve deformasyonu engellemek için birbirinden farklı materyallerin beraber çalıştığı şekilde tasarlanmış olmalıdır.
13. Ventriküler kateter silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır. Yerleştirmeye yardımcı olacak paslanmaz çelikten kılavuz teli olmalıdır.
14. Ventriküler kateter'in Yetişkin ebatta iç çapı 1,4mm, dış çapı 3mm ve uzunluğu en az 15cm olmalıdır. Pediatrik ebatta iç çapı 1,2mm, dış çapı 2.5mm ve uzunluğu en az 15cm olmalıdır. Kataterin kırılmadan bükülmesini sağlayan sağ açılı konnektörü bulunmalıdır.
15. Ventriküler kateter'in yuvarlatılmış ucunda giriş delikleri bulunmalı ve mesafe tayini için her 1 (bir) cm'de işaretler olmalıdır.
16. Peritoneal kateter'in silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır.
17. Peritoneal kateter'in ucu açık olmalı ve mesafe tayini için her 10 cm'de işaretler olmalıdır.
18. Pediatrik ebatta iç çapı 1mm, dış çapı 2mm ve uzunluğu 90cm olmalıdır.

Prof. Dr. Celal BAĞDATÇI
M.D. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Mecidiyeköy 4. C. Esentepe
Etiler, Beşiktaş / İstanbul

Dr. Öğr. Üy. Hakan OZALP
M.D. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Tic. Sic. No: 109070/84407