

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/07/2019

İlan No : 2019-07-2993
İstem No : 48741
Alım No :
Talep Eden Birim : Anestezi ve Reanimasyon / Yoğun Bakım Bilim Dalı
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/07/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TRAKEOSTOMİ SETİ, PERKÜTAN, TEK KULLANIMLIK, 8MM	10	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEK ADIM YÖNTEMLİ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren perkütan trakeostomiye özel bir dilatatör /Buji aracılığıyla yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Tekniğin uygulanmasını sağlayan, Özel Buji (dilatör) de setin tekli steril paketi içerisinde olacaktır.
3. Setin tekli paketi içerisinde ,soft-seal trakeostomi tüpü , 14G delme kanülü (yer tespit iğnesi), bistüri,10 ml luer enjektör, 'j' uçlu kılavuz tel , insersiyon dilatörü, uygulama kılavuzu,özel uygulama Bujisi, trakeostomi yerleştiricisi , iç kanül ,gazlı bez, trakeostomi kanül tutucusu, steril lubrike jel olacaktır.
4. Buji, dokuya kolay penetrasyon sağlaması için önceden yağlanmış olarak üretilmiş olmalıdır. Bu bilgi kutu içerisindeki kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.
5. Bujinin üzerinde trakea giriş mesafesindeki çapın kaç Fr olduğu, iç lümenin çapı,ürün markası ve cilt üzerinde ilerletilebileceği mesafeyi gösteren çizgisi bulunmalıdır. Bu çizgiye kadar olan açı keskin olmamalı, anatomik yapıya uygun olmalıdır.
6. Buji distal uçtan bu çizgiye kadar olan mesafeye kadar genişleyerek dizayn edilmiş olmalıdır ve bu mesafe kısa olmamalıdır.
7. Özel dizayna sahip trakeostomi kanül yerleştiricisinin üzerinde markası ,kaç numara kanüle ait olduğu yazılı olmalı ve orta hattından tüm hat boyunca rehber tel geçecek lümeni olmalıdır.Yerleştirici, kanüle tam olarak oturduğunda , bunun anlaşılmasını sağlayan ses çıkarmalıdır. Yerleştiricinin ucu, kanülün distal ucundan en az 2cm dışarı çıkmalıdır.
8. Pilot balon hattı, ayırt edici farklı renkte olmalı ve pilot balon üzerinde ürünün markası, kanül iç çapı, kafın boş çapı yazılı olmalı, pilot balonun tek yönlü valfinin kapağı olmalıdır.
9. Set içerisindeki trakeostomi kanülü istenen numaraya göre aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:

İç çap (mm)	dış çap (mm)	uzunluk mm	kafın boş hacmi	kanül açısı (derece)
7.0	10.5	70.0	24	105
8.0	11.9	75.5	30	105
9.0	13.3	81.0	30	105

10. Uygulama kılavuzunun çentiği olmalı, bujinin ilerletilebileceği mesafeyi belirlemeye yardımcı olmalıdır.İçinden rehber tel geçebilmelidir.
11. İç kanüller şeffaf olmalı ve hangi çap trakeostomi kanülü için olduğu yazılı olmalıdır.
12. Setin paketi açıldığında etrafında steril örtüsü olmalıdır.
13. Kanül kanatları şeffaf olup,üzerinde marka,iç çap,dış çap ve kanül uzunluğu yazılı olmalıdır.
14. Set ,steril tek blister ambalajdan oluşmalı ve tüm malzemeler aynı steril ambalaj/paket içinde bulunacaktır.
15. Setler için 7,0- 8,0 ve 9,0 numara trakeostomi kanülü seçenekli olmalıdır
16. Trakeostomi kanülü, soft seal kaf yapısında, trakea temas yüzeyinin daha az olduğu profil kaf şeklinde , 105 derece açılı olmalıdır.
17. Set içindeki özel kılavuz tel teflon kaplı olmalıdır.
18. Trakeayı dilate etmek için kullanılan beyaz renkli ergonomik dilatatör üzerinde ölçüsü ve trakea yüzeyinde olduğunun anlaşılması için derinlik çizgisi bulunmalıdır.
19. Setin içinde, özel olarak bu set için tasarlanmış obturatoru delik olan soft seal kafli trakeostomi kanülü bulunmalıdır.
20. Tüm set steril ve tekli blister paketlerde bulunmalıdır. Kutu üzerinde son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.

Prof. Dr. Nurcan DÖRÜK
MeÜ Sağ Araş ve Uyg. Merkezi
Anest. ve Rean. AD
YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
Dip. No... 51793

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
MeÜ Sağ Araş ve Uyg. Merkezi
Anest. ve Rean. AD
YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
Dip. No... 1052