

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/07/2019

İlan No : 2019-07-3053
İstem No : 48754
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/07/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANTİSEPTİK, CİLT, KLOORHEKSİDİN, %2	200	LT					
2	ATIK KOVASI, SARI	1250	Adet					
3	ATIK KOVASI, SARI, 2LT	750	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

L-ANTİSEPTİK, CİLT, Klorheksidin, %2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, %70 İPA + % 2 klorhexidine digluconate içermelidir.
2. Sulandırılmadan kullanıma hazır olmalıdır.
3. Ürün bakterisit, virusidal ve fungusidal özelliklere sahip olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar teklifle birlikte sunulmalıdır.
4. 1000 cc'lik ışıktan korumalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde, yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı, başlıklı plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
5. Cilt üzerinde allerjik reaksiyona ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
6. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli üzerindeki etikette belirtilmiş olmalıdır.
7. İdarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Laboratuvarları veya kurumca yetkilendirilmiş bir laboratuvarında ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
8. Ürün Sağlık Bakanlığının biyosidal ürün yönetmeliğine uygun olmalı ve belgelendirilmelidir.
9. Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.

Prof. Dr. Gülşen ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Enfeksiyon Hastalıkları
Dk. Tbb. No: 93533

Uzm. Dr. Gülşen EVİK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji
Dk. Tbb. No: 93533

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

2- ATIK KOVASI, SARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Atık kovası sistemi kullanılan iğne, bistüri, intraket, kateter hatları gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.
2. Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı yeterince sert plastik veya polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
3. Atık kovası, kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalı ve yekpare olmalıdır.
4. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.
5. Kapak kapatıldıktan sonra kilitli açılmayacak özellikte olmalıdır.
6. İç kapak enjektörlerin ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkartılabileceği tırnak taşınmalıdır.
7. Kutu dolduktan ve kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
8. Kolay tanınabilmesi için parlak renklerde üretilmiş olmalıdır.
9. Delici kesici alet kutularının hacmi 7,5 (± 0.5) litre kapasitede olmalıdır.
10. Tıbbi atık kutusuna enfekte malzemeler atılırken sabit kalmalı yere tam oturmalı, kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.
11. Biyolojik risk taşıdığını belirten uluslararası biyotehlike amblemi ile etiketlenmiş olmalı, üzerinde "Dikkat Kesici-Delici Tıbbi Atık" yazısı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Gülşen ERSEZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Enfeksiyon Hastalıkları
Dip. Tes. No: 56987

3- ATIK KOVASI, SARI, 2LT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Atık kovası sistemi kullanılan iğne, bistüri, intraket, kateter hatları gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.
2. Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı yeterince sert plastik veya polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
3. Atık kovası, kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalı ve yekpare olmalıdır.
4. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.
5. Kapak kapatıldıktan sonra kilitli açılmayacak özellikte olmalıdır.
6. İç kapak enjektörlerin ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkartılabileceği tırnak taşınmalıdır.
7. Kutu dolduktan ve kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
8. Kolay tanınabilmesi için parlak renklerde üretilmiş olmalıdır.
9. Delici kesici alet kutularının hacmi 2 (± 0.25) litre kapasitede olmalıdır.
10. Tıbbi atık kutusuna enfekte malzemeler atılırken sabit kalmalı yere tam oturmalı, kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.
11. Biyolojik risk taşıdığını belirten uluslararası biyotehlike amblemi ile etiketlenmiş olmalı, üzerinde "Dikkat Kesici-Delici Tıbbi Atık" yazısı bulunmalıdır.

Uzm. Dr. Güliz EVİK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji
Dip. Tes. No: 92633