

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

22/07/2019

İlan No : 2019-07-3127
İstem No : 48804
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : BLOK ARŞİV DOLABI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/07/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BLOK ARŞİV DOLABI	10	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KASET BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dolap çekmecelerden oluşmalıdır.
2. Bir dolap 10-12 çekmece içermelidir.
3. Bir çekmece kaset boyutlarına uygun olarak bölünmüş 12 bölmeden oluşmalıdır.
4. Bir çekmece 450-500 kaset alabilmelidir.
5. 0,8mm kalınlığında paslanmaz sacdan yapılmalıdır.
6. Elektrostatik fırın boyalı olmalıdır.
7. Ürün ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır ve bu belge teklifle birlikte sunulmalıdır.
8. Numune laboratuvarımızda test edildikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi **VAHİDİZ**
N. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No. : 42634

Dr. Öğr. Üyesi **Fatih TUNCEL**
Dip. Tes. No. : 106881-98575

211