

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

22/07/2019

İlan No : 2019-07-3160
İstem No : 48870
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

6

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/07/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SATURASYON PROBU, DİSPOSABLE, YENİDOĞAN, NİHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU	750	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SATURASYON PROBU, DİSPOSABLE, YENİDOĞAN, NİHON KOHDEN MARKA CİHAZA UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan Nihon Kohden Hastabaşı Monitörlerine uygun olmalıdır.
2. Prob hastanın oksijen saturasyonu ve nabzını non- invaziv olarak ölçümüne uygun olmalıdır.
3. Neonatal probun kabloları küvöz dışına uzanabilmesi için en az 80 cm olmalıdır.
4. Hassas ciltlere zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
5. 3 kg altındaki bebeklerin ayaklarına ve 3 kg üzeri bebeklerin el /ayaküstüne yerleştirilebilmelidir.
6. Problar fototerapi ışığı altında doğru ölçüm yapmalıdır.
7. Prob, vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.
8. Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve latex içermemelidir.
9. Prob tek kullanımlık olmalıdır.
10. Yapışkanlı ve söküp takması kolay olmalıdır.
11. Probun kablosu sensör kısımla tek parça olmalıdır, takılıp sökülen tipte olmamalıdır.
12. Prob aynı hastada uzun dönem kullanılabilirdir ve prob hasta cildini yakmamalıdır.
13. Probun yapışkan bandında sert malzeme olmamalıdır ve kan dolaşımını engellememelidir.
14. Probun oynamaması için hasta parmağına temas edecek iç kısmı tamamen yapışkan madde ile kaplı olmalı yapışkan olmayan bölge olmamalıdır.

Hemş. **LAĞAP**
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Kalem: Kâmilhatârü

Uzm. Hemş. Raziye Nurşen ÇAVDAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhemşire Yardımcısı
Raziye Nurşen ÇAVDAR