

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/09/2019

İlan No : 2019-09-4124
İstem No : 49682
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/10/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SPERM HAREKETLENDİRME MEDYUMU	1	Adet					
2	SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU	100	ML					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. KEZ İLANA GIKILMISTIR

49682 NOLU İSTEME AİT TEKNİK ŞARTNAMELER

1. SPERM HAREKETLENDİRME MEDYUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dondurulmuş ve çözülmüş Spermlerde, dondurulmuş ve çözülmüş TESE'lerde, TESE'lerde, Astenzospermelerde ve nekrozospermelerde hareketli spermleri araştırmak ve Sperm canlılık testi olarak kullanılmak üzere hazırlanmış ve Teofilin içeren kullanıma hazır medyum olmalıdır.
2. 5 ml lik medical grade cam şişelerde, teflon kaplı lastik tıpalı ve mühürlü şekilde ambalajlanmalıdır.
3. HEPES tamponlu, Gentamisin, Fenol Red ve HSA içermelidir.
4. PH dengelenmesi yapılmadan kullanılmalıdır.

2. SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Saflaştırma ve yoğunluk gradient santrifüjleme ile sperm ayırtırmaya uygun olmalıdır.
2. %100'lük stok solüsyon olmalı ve istenilen dilüsyonlar oluşturulabilmelidir.
3. Yüksek yoğunlukta silan kaplı koloidal silika parçacıkları içermelidir.
4. Antibiyotik içermemelidir.
5. Fizyolojik tuz tamponlu olmalıdır.
6. HSA içermemelidir.
7. Sperm Yıkama Medyumu ile dilüe edilebilmelidir.
8. En az 30 ml'lik şişelerde olmalıdır.
9. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
10. Oda sıcaklığında öndengelemeden sonra kullanıma hazır olmalıdır.
11. pH:7,60 +/- 0,2; osmolalite 300 +/- 10 olmalıdır.
12. Yoğunluk 1,1-1,25 arasında olmalıdır.
13. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
14. Bakteriyel endotoxin < 0,5 EU/ml olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Safiye TAĞA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üyrt. Prof. Dr. Öğrt. Üyesi
Dip. Tes. No: 83910

Prof. Dr. Faik Gürkan YAZICI
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No: 83910