

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

24/09/2019

İlan No : 2019-09-4040  
İstcm No : 49740  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Biyokimya  
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 27/09/2019 10:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması      | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | CA 125 ANALİZ KİTİ      | 1600   | Test  |             |              |       |          |                    |
| 2    | MYOGLOBİN ANALİZ KİTİ   | 500    | Test  |             |              |       |          |                    |
| 3    | PROGESTERON ANALİZ KİTİ | 400    | Test  |             |              |       |          |                    |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT :** İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.

## A) BİYOKİMYA CİHAZI ANALİZ KİTİ ALIMI :

1. Teklif veren firma, kullanılan teste bağlı kalmaksızın, aynı testleri çalışan ve aynı özellikte olan, en küçüğü saatte en az 400 test çalışan ve toplamda saatte en az 3000 testin çalışılmasını sağlayan 4 cihaz vermelidir.
2. Cihazlar serum, plazma, idrar, tam kan, BOS ve diğer vücut sıvısı örneklerini çalışabilmelidir.
3. Hbalc testi HPLC yöntemi ile çalışılacak olup Biyokimya sistemi ile birlikte HPLC sistemi de verilmelidir.
4. Her bir cihaza en az 50 farklı test/kit yüklenebilmelidir.
5. Cihazlara numune transferi raklarla olmalıdır. Primer, sekonder tüpler ile standart godeler örnek kabı olarak kullanılabilirdir.
6. Cihazlar kalibrasyon değerlerini hafızasında saklayabilmelidir.
7. Cihazda çalışılan kalite kontrol sonuçları otomatik olarak saklanmalı ve sonuçlar grafik üzerinde gösterilebilmelidir.
8. Cihazlar ile ilgili tüm mesajlar ve yapılan tüm çalışmalar ekran sayesinde kullanıcıya bildirilmelidir.
9. Miadı yaklaşan kitler, miadı bitmeden 2 ay öncesinde bildirilmek kaydı ile yenisi ile değiştirilmelidir.
10. Analiz kit temini süresince her türlü sarf malzeme (kalibratörler, kontrol serumları, yıkama solüsyonları, numune kapları, reaksiyon ve okuma küvetleri, yazıcı kartuşları,..vb.) ve yedek parça temini, teknik servis ve bakım hizmeti ücretsiz verilmelidir.
11. Teklif edilecek kitlerin, ambalajlarının, kaç testlik olduğu belirtilmeli ve laboratuarda çalışılarak doğrulanmalıdır. Ambalajın test sayısı ile laboratuvarın o ambalajdan çalışabildiği test sayısı farklı olduğunda firma eksik test sayısını tamamlamalıdır.
12. Kurumun belirleyeceği bir dış kalite kontrol programına ücretsiz olarak katılım sağlanmalıdır.

## B) HORMON CİHAZI ANALİZ KİTİ ALIMI :

1. Sistem Kemilüminesan veya Elektrokemilüminesan tekniğiyle çalışmalıdır.
2. Teklif veren firma, toplamda saatte en az 400 test çalışan 3 cihaz vermelidir. Bu cihazlardan ikisi her biri, saatte en az 150 test çalışabilen cihazlar olmalıdır. Birbiriyle kullanıma uygun cihazlar tercih nedeni olacaktır.
3. Sistem rastgele erişim özelliğiyle çalışabilmelidir.
4. Sistemde her an acil numune çalışılabilirdir.
5. Cihaz üzerindeki reaktifler, soğutma özelliği olan bölümlerde tutulmalıdır.
6. Kalibrasyon eğrileri en az 2 hafta hafızada saklanabilmelidir.

Prof. Dr. Lütfiye TAMER  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Biyokimya A.D. Başoğlu  
Diy. No : 36

Prof. Dr. M. Burak Yavuz ÇİMEN  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Biyokimya A.D.  
Diy. Tıp No : 2459

7. Cihazın çalışması sırasında oluşabilecek hataları göstererek operatörü uyarmalıdır.
8. Sistem cihaz, bilgisayar ve yazıcıdan oluşmalıdır.
9. Analiz kiti temin süresince her türlü sarf malzeme (kalibratörler, kontrol serumları, yıkama solüsyonları, numune kapları, reaksiyon ve okuma küvetleri, yazıcı kartuşları,..vb.) ve yedek parça temini, teknik servis ve bakım hizmeti ücretsiz verilmelidir.
10. Kurumun belirleyeceği bir dış kalite kontrol programına ücretsiz olarak katılım sağlanmalıdır.

**Prof. Dr. Lütfi TAMER**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Biyokimya A.B. Bask  
Dip No: 36

**Prof. Dr. M. Burak YARUZ CİMEN**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Biyokimya A.B.  
Dip Tes. No: 2459