

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

24/09/2019

AE

İlan No : 2019-09-4044
İstem No : 49853
Alım No :
Talep Eden Birim : POLİKLİNİK DEPOLARI / Algoloji Poliklinik Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/09/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNFÜZYON POMPASI, HASTA KONTROLLÜ, SABİT HIZLI İNFÜZYON İÇİN, 100MM	20	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma kılın her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI
DURUMDUR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İletişim : İletişim : 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Talep tarihi en az 45 gün olmalıdır.

İmza : ÇUKUR
İmza : Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

İNFÜZYON POMPASI, (HASTA KONTROLLÜ, SABİT HIZLI İNFÜZYON İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2 Setler orijinal steril pakette olmalıdır.
- 3 Tamamen kapalı bir sistem olmalıdır.
- 4 Balonlu silikondan imal edilmiş olmalıdır.
- 5 İnfüzyon pompası sürekli ve sabit akım sağlayacak özellikte olmalıdır.
- 6 Pompanın akışı doldurulan solüsyonun yoğunluğundan, sıcaklıktan ve yer çekiminden etkilenmemelidir.
- 7 Küçük ve hafif olmalıdır. Hastaya sürekli yanında taşımaya olanak sağlayacak hasta klempî bulunmalıdır.
- 8 Setin rezervuar hacmi 100-300ml olarak tercih edilebilmelidir.
- 9 Set üzerinde rezervuar dolumu yapmak için luer-locki klemp bakteri filtresi bulunmalıdır.
- 10 İnfüzyon pompası hasta kontrollü olacak şekilde bolus düğmesine sahip olmalıdır.
- 11 Set kalibrasyonu (Akış hızı 2ml/hr olarak tercih edilebilmelidir.
- 12 Bolus düğmesinin tekrar kullanılabileceği minimum süre 15 dk olarak tercih edilebilmelidir.
- 13 Pompanın dış yüzeyinde 0 ml – 20 ml – 40ml -60ml- 80ml- 100ml- 300ml akım sıkalası bulunmalıdır.
- 14 İnfüzyon pompası CE.İSO belgelerine haiz olmalıdır.
- 15 İnfüzyon pompasının UBB kodları bulunmalıdır.

Prof. Dr. Davud YAPICI
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Tic. Sic. No: 58758

Prof. Dr. Şahin ATICI
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Algoloji B.
Dip. No: 51667