

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

24/09/2019

İlan No : 2019-09-4037
İstem No : 49898
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/10/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKG ELEKTRODU, ERİŞKİN	40000	Adet					
2	ENJEKTÖR, 50CC	12500	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2, KE2 PİYASA

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

1-EKG ELEKTRODU, ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çap boyu en az 4,3 cm olmalıdır.
2. Sırt materyali köpük olmalıdır.
3. Yapışkanlı kısmı hipoaallerjenik olmalıdır.
4. Jel kısmı elektriği çabuk iletebilen hidrojel katı jel olmalıdır ve yapışkanlık kapasitesi yüksek olmalıdır.
5. İletkenliğin sağlanabilmesi için jel miktarı fazla olmalıdır.
6. Ag/ Ag/Cl sensör olmalıdır.
7. Çıkarıldığında atık bırakmamalı, cildi tahriş etmemelidir.
8. Çıt çıt uç olmalıdır, çıtçıtlar hasta cildinde paslanma yapmamalıdır.
9. Ambalajın içi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn edilmiş olmalıdır.

2-ENJEKTÖR, 50 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Her çeşit iğne ucuna, katetere, ven valfine, üç yollu musluğa ajutajı uyumlu; özellikle ajutajı perfüzörlere uyumlu olmalı ve ajutaj ucu pürüzsüz olmalıdır.
3. Enjektör üzerinde 0'dan başlayan, belirgin ve ıslandığında silinmeyen cc ve dizeyem çizgileri olmalıdır. Enjektörün iğne ucu sarı veya pembe olmalıdır.
4. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir.
5. Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı, enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.
6. Piston enjektörün gövdesinden kolay şekilde ayrılmamalıdır ve akışkan ilaçlarda geriye doğru sıvı akışı olmamalıdır.
7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.
8. Ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalıdır.
9. Enjektör içerisinde yabancı bir madde olmamalıdır.

Uzm. Hemş. Müjde MORAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizmetleri
Koordinatör Yard.

Uzm. Hemş. Kaziye Nurşen ÇAVDAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhemşire Yardımcısı