

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

18/10/2019

İlan No : 2019-10-4493
İstem No : 50359
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/10/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ATEŞ ÖLÇER, DİJİTAL	150	Adet					
2	PAMUK	400	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GENEL SARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

1. ATEŞ ÖLÇER, DİJİTAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ağız, koltuk altı ve makattan ateş ölçebilmelidir.
2. Açma kapama düğmesi ve güç tasarrufu için otomatik kapanma sistemi olmalıdır.
3. 10sn ile 60 sn gibi süreler arasında ısıyı çabuk ölçebilir olmalıdır.
4. Otomatik kontrol özelliği olmalıdır.
5. Su geçirmez özellikte olmalıdır.
6. Ölçüm sonunda sinyal vermelidir.
7. Cam ve cıva içermemelidir.
8. Düz yada bükülebilme imkanına sahip uç kısmı olmalıdır.
9. Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
10. Hafızası olmalıdır. Sesli uyarı olmalıdır.
11. LCD ekran kolay okunabilir özellikte olmalıdır.
12. Ölçüm aralığı 32.0-44.0C arasında olmalıdır.
13. Doğru ve güvenilir ölçüm yapmalıdır.
14. Uzun ömürlü ve piller dahil olmalıdır.
15. Düşük pil göstergesi olmalıdır.
16. Koruyucu kapağı olmalıdır.
17. Ölçüm sonrası cihaz kapanıp açıldığında cihaz kendini sıfır göstermelidir.

Hemş. Gülümser LAĞAP
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizm. Koordinatörü

Uzm. Hemş. Müjde MORAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizm.
Koordinatör Yard.

GENEL SARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

2.PAMUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Asit ve alkali ihtiva etmemelidir. (pH Notr)
2. Temiz beyaz yumuşak ince lifli ve hidrofil olmalıdır. %100 koton olmalı, uzun lifli olmalı, Pamuk koza veya yabancı cisim içermemelidir.
3. Beyaz, kokusuz olmalı, tam hidrofil olmalıdır. (Su tutuculuk özelliği yüksek olmalı), hidrofilliği testlere uygun olmalıdır.
4. Boya kullanılmadan beyazlatılmış olmalıdır.
5. Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve tekli ambalajda ve en az 1 kg lık paketlerde olmalı, ambalaj suya, neme dayanıklı materyalden olmalıdır.
6. Rulolar paket açıldığında düzgün olarak sonuna kadar açılmalı, kopmalar olmamalıdır.
7. Pamuk koparıldığında veya kesildiğinde toz bulutu olmamalıdır.

Heim. Gülümser LAĞAP
MED. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhekimlik Hizmet Koordinatörü

Uzm. Heim. Merve MORAN
MED. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhekimlik Yardımcısı