

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

18/10/2019

İlan No : 2019-10-4492
İstem No : 50366
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

69

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/10/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MASKE, OKSİJEN, HAZNELİ, ERİŞKİN	4500	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. MASKE, OKSİJEN, HAZNELİ, ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.
2. Yumuşak, tahriş etmeyen, non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Maskenin oksijen giriş yeri ile flowmetre arasında ara konnektörü olmalı ve hortumu en az 120 cm uzunlukta olmalıdır.
4. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
5. Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2'i çıkaracak delikler olmalıdır.
6. Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalıdır.
7. Erişkin boyutta olmalıdır.
8. Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağlı olan manometreye uyumlu olmalı kolayca takılmalı ve basınç ile geri atmamalıdır.
9. Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.
10. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalıdır.
11. Tedavi esnasında maske üzerinde oksijen kanül giriş yeri olmalıdır.
12. Hortum kısmı cihazın giriş yerine uygun olmalıdır.
13. İlaç vermeye uygun haznesi olmalı, en az 8-10ml ilaç-sıvı alma kapasitesine sahip olmalı ve bağlantı yerleri kolayca çıkmamalı ve ilaç dışarı sızdırmamalıdır.
14. İlaç verme süresi en fazla 10-15 dakika arasında olmalıdır.
15. Maskenin hortum kısmı kıvrılma ve bükülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
16. Haznenin alt yüzeyi yuvarlak olup bağlantıya rahatlıkla takılabilmelidir.
17. Şeffaf olmalıdır.
18. Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalıdır.

Hemş. Gülşen LAĞAP
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizm. Koordinatörü

Uzm. Hemş. Muhsin MORAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizm.
Koordinatör Yard.