

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

22/10/2019

İlan No : 2019-10-4583
İstem No : 50504
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

H6

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 25/10/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SONDA, FEEDİNG, NO:08	3000	Adet					
2	SONDA, FEEDİNG, NO:10	120	Adet					
3	SONDA, FEEDİNG, NO:12, BEYAZ	50	Adet					
4	SONDA, NAZOGASTRİK, 8.0FR	150	Adet					
5	SONDA, NAZOGASTRİK, 10FR	250	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SONDA FEEDİNG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Poliüretan ve PVC olmalıdır.
2. Uzunluğu en az 45-55cm arasında olmalıdır.
3. Enjektör vb. malzeme ile bağlantı yapan ucu (ajutaj) sağlam olmalı ve ek yerinden kolayca kırılmamalıdır.
4. Ajutaj kısmı kapaklı olmalıdır.
5. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış, kapalı distal ucu ve en az çapraz iki yan deliği bulunmalıdır.
6. Giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.

Uzm. Hemş. Mülde MORAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizm.
Koordinatör Yard.

Uzm. Hemş. Raziye NURCAN CAVDAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhemşire Yardımcısı

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

SONDA, NAZOGASTRİK, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
2. Non Toksik ve apirojen özellikte Tıbbi PVC'den üretilmelidir.
3. Kateter en az 121cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Uç kısmı açık yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
5. Uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet delik bulunmalıdır.
6. Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör bulunmalıdır.
7. Konnektör konik şekilde olmalıdır.
8. Konnektör ucu çam uçlu enjektör ve idrar torbası ile uyumlu olmalıdır.

02

Doç. Dr. Ervin UÇMAK
M.E.U Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Dip. Tes. No: 107381

Doç. Dr. Serkan YARAS
M.E.U Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Dip. Tes. No: 94145