

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

06/11/2019

İlan No : 2019-11-4819
İstem No : 50747
Alım No :
Talep Eden Birim : Ameliyathane / Merkez Ameliyathane
Konu : SARF MALZEME ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/11/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KOMPRES ÖRTÜ, AMELİYATHANE, ÇİFT KATLI, 2.0MX2.0M	300	Adet					
2	KOMPRES ÖRTÜ, AMELİYATHANE, TEK KATLI, 2.0MX2.0M	500	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2 kez Aydosy 3
çıkılmıştır.

KOMPRES ÖRTÜ, AMELİYATHANE, 2.0MX2.0M TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Harman oranı % 100 pamuk olmalıdır.
2. Kumaş 55–65 tel olmalıdır.
3. Çok iyi sıvı emici ve indraten boyalı olmalıdır.
4. 134 derece otoklavda steril edilebilmelidir.
5. Kumaş rengi yeşil olmalı ve yıkamada boya vermemelidir.
6. Kumaş 90 derece sıcaklıkta en az 80 yıkama yapılabilmelidir.
7. Kumaş yıkandıktan sonra çekme payı düşünülerek hazırlanmalı istenen ölçüler korunmalıdır.
8. 2.0mtx2.0mt kompres örtüler tek katlı ve kenar dikişli olmalıdır.

Dr. Semra ÜNLÜ
Sağlık Araştırma
Uygulama Merkezi
Ameliyathane

Prof. Dr. Ertan AYAN
Sağlık Araştırma
Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Diy. Tel: 030 77361

KOMPRES ÖRTÜ, AMELİYATHANE, 2.0MX2.0M TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Harman oranı % 100 pamuk olmalıdır.
2. Kumaş 55-65 tel olmalıdır.
3. Çok iyi sıvı emici ve indraten boyalı olmalıdır.
4. 134 derece otoklavda steril edilebilmelidir.
5. Kumaş rengi yeşil olmalı ve yıkamada boya vermemelidir.
6. Kumaş 90 derece sıcaklıkta en az 80 yıkama yapılabilmelidir.
7. Kumaş yıkandıktan sonra çekme payı düşünülerek hazırlanmalı istenen ölçüler korunmalıdır.
8. 2.0mtx2.0mt kompres örtüler çift katlı ve kenar dikişli olmalıdır.

Hemş. Semra ÜNLÜ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Ameliyathane

Prof. Dr. Erhan AYAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip Tes No 77361