

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/11/2019

İlan No : 2019-11-4861
İstem No : 50772
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM ONARIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/11/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	2	Adet					

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- Tekliflerin yazılı olması,
- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**SLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI
ACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

bat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
at opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

dar ÇUKUR
tane Müdür Yrd.

CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Flexble Optik(2 Adet)	
	Marka : Karl Storz	
ÜROLOJİ AMELİYATHANESİ	Model : 11278A1	
	Seri No : 1-92199118, 2-)2226526	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 04.11.2019	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Optiklerin ışık ve görüntü fiberleri iletim işlemini yapmamaktadır. Yapılan incelemesinde fiberlerin koptuğu tespit edilmiştir. Tamirinin ilgili firma tarafından yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyomedikal Tekniker	Kayhan DİKMEN MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknisyen	Hasan BİLEN

Açıklama	
-----------------	--