

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/11/2019

İlan No : 2019-11-5246
İstem No : 51146
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/11/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, DOUBLE J, 3.0FR, 14CM	10	Adet					
2	KATETER, DOUBLE J, 3.0FR, 16CM	5	Adet					
3	KATETER, DOUBLE J, 4.0FR, 16CM	10	Adet					
4	KATETER, DOUBLE J, 4.0FR, 18CM	10	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GENEL ŞARTLAR

1. Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.
2. İhaleye giren firma malzemelerin üretim, imalat hataları, teslimat aşamasında ve sonrasında ortaya çıkan kullanıma uygun olmayan ürünlerin belirlenmesi durumunda malzemeyi orijinal, yeni ve sağlam malzemeyle değiştirmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
3. ÜTS (ürün takip sistemi) üzerinden tekil takip kapsamına alınan ürünler için kurumumuza verme bildirim işlemlerini malzemelerin depo teslim aşamasında fatura ile uyumlu olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
4. Ürünlerin teslimatı sırasında faturanın üzerine malzeme adı, UBB kayıt numaraları, tekil takip kapsamında olan ürünler için seri/lot numaraları ve varsa SUT kodları yazılmalıdır.

1. KATETER, DOUBLE J, 3.0FR, 14CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stent, en az 6 ay vücutta kalabilmelidir.
2. 3 FR kalınlığında ve 14 cm boyda olmalıdır.
3. Üzerinde uzunluğu gösteren cm çizgileri olmalıdır.
4. İki ucuda açık olmalıdır.
5. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı klavuz tel olmalıdır.
6. Basit itici (simple pusher) olmalıdır.
7. Radyopak olmalıdır.

2. KATETER, DOUBLE J, 3.0FR, 16CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stent, en az 6 ay vücutta kalabilmelidir.
2. 3 FR kalınlığında ve 16 cm boyda olmalıdır.
3. Üzerinde uzunluğu gösteren cm çizgileri olmalıdır.
4. İki ucuda açık olmalıdır.
5. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı klavuz tel olmalıdır.
6. Basit itici (simple pusher) olmalıdır.
7. Radyopak olmalıdır.

3. KATETER, DOUBLE J, 4.0FR, 16CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stent, en az 6 ay vücutta kalabilmelidir.
2. 4 FR kalınlığında ve 16cm boyda olmalıdır.
3. Üzerinde uzunluğu gösteren cm çizgileri olmalıdır.
4. İki ucu da açık olmalıdır.
5. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı klavuz tel olmalıdır.
6. Basit itici (simple pusher) olmalıdır.
7. Radyopak olmalıdır.

4. KATETER, DOUBLE J, 4.0FR, 18CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stent, en az 6 ay vücutta kalabilmelidir.
2. 4 FR kalınlığında ve 18cm boyda olmalıdır.
3. Üzerinde uzunluğu gösteren cm çizgileri olmalıdır.
4. İki ucuda açık olmalıdır.
5. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı klavuz tel olmalıdır.
6. Basit itici (simple pusher) olmalıdır.
7. Radyopak olmalıdır.



Prof. Dr. **M. NAYCI**
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 20151/23619