

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/01/2020

İlan No : 2020-01-111
İstem No : 51653
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIM

HG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNDİKATÖR, BİYOLOJİK, HİDROJEN PEROKSİT, STERİLİZASYONU	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

İNDİKATÖR, BİYOLOJİK, HİDROJEN PEROKSİT, 30 DAK, STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu kesin ve net olarak en geç 30 dakika içinde gösterebilmelidir.
2. Biyolojik indikatör içerisinde bir disk plaka üstüne emdirilmiş, standartlara uygun özellikte *Geobacillus stearothermophilus* 106 mikroorganizma ve cam tüp içerisinde besi ortamı bulunmalıdır.
3. Kendinden besi ortamı biyolojik indikatör TS EN ISO11138-1 standardına uygun olmalıdır. Üreticinin EN ISO 13485 sertifikası olmalıdır.
4. Biyolojik indikatörün toksik olmadığına dair Materyal Güvenlik Veri Dosyası (MSDS) ibraz edilmelidir.
5. Ürünün kutusunun içinde tüm teknik detayları içeren kullanma talimatı bulunmalıdır.
6. Biyolojik indikatörün üzerinde 11140-1 Sınıf 1 indikatör bulunmalıdır. İndikatör şişe işleme girdiğinde farklı renge dönmelidir.
7. Biyolojik indikatörün üzerinde kendinden yapışkanlı etiket olmalıdır. Sterilizasyon bilgilerinin (yük no, tarih v.b.) yazılabileceği alan içeren ve sonrasında dökümanite edilmesi için etiket şişeden kolayca çıkarılıp dökümantasyon formuna yapıştırılabilmelidir.
8. Biyolojik indikatörler kurumumuz demirbaşında mevcut olan cihazlarla valide edilmiş olmalı ve bu özellik belgelendirilmelidir.
9. Yüklenici firma, indikatörlerle kullanılması gereken bir adet orijinal inkübatör cihazını da ücretsiz olarak, kurumumuza teslim etmelidir.
10. Otomatik okuyucu, sıcaklık ayarı sırasında insan hatasına izin vermeyecek ve bu sayede sterilizasyon güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde *Geobacillus stearothermophilus* sporlarının inkübasyon sıcaklığı, ($60 \pm 5^\circ\text{C}$) fabrika ayarı olarak ayarlanmış olmalıdır ve kullanıcı veya üretici firma dışındaki üçüncü kişilerin müdahalesine izin vermemelidir.
11. Otomatik okuyucunun mevcut sıcaklığı cihaz üzerinden takip edilebilmelidir.
12. Otomatik okuyucu üzerinde indikatör tüpü içerisindeki besi ortamının kırılması esnasında çalışanların yaralanmasını engelleyecek bütünselik kırıcı mekanizma bulunmalıdır ve ya kırıcı mekanizma ayrıca teslim edilmelidir.
13. Her bir kuyu içindeki biyolojik indikatörün sonuç için kalan süresi otomatik okuyucu ekranı üzerinden takip edilebilmelidir.
14. Okuyucu sesli uyarının yanı sıra, sesli uyarının sonlanmasını takiben cihaz başına gelecek kullanıcıyı ekran vasıtasıyla görsel olarak da uyarabilecek bir sisteme sahip olmalıdır.
15. İnkübatör cihazının 6(altı) aylık periyodlar ile kalibrasyonu yaptırılarak, kalibrasyon belgeleri Sterilizasyon Ünitesine teslim edilmelidir. İnkübatör cihazın arızası durumunda, arızalar firma tarafından en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde giderilmelidir. 24 saat içerisinde arıza giderilmez ise yeni bir cihaz kurumumuza teslim edilmelidir.
16. TİTUBB kaydı ve onayı ibraz edilmelidir.

Ayser MERİÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu

Prof. Dr. Gülşen ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu