

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/01/2020

İlan No : 2020-01-118
İstem No : 51672
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : KIRTİYE MALZEMESİ ALIMI

HG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ETİKET, BUHAR STERİLİZASYONU	10000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ETİKET, BUHAR STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiketlerin üzerinde basınçlı buhar sterilizasyonu için su bazlı toksit madde içermeyen indikatör olacaktır. İndikatör Referans renge belirgin ve net dönüşüm sağlamalıdır.
2. Etiketlerin tutkalı otoklavda 134 °C de kullanıldığında yapışma özelliğini kaybetmemeli iz bırakmamalı setlerden ayrılmamalıdır.
3. Buhar otoklavlarda 121 °C 'de 15 dakikada ve 134 °C 'de 3,5 dakikada renk değiştirmelidir.
4. Renk değişimi belirgin bir renkten, belirgin zıt bir renge dönmelidir.
5. Etiketler perforaj ile birbirine bağlı olmalıdır.
6. Etiketlerin kenarları radius kesim olmalıdır.
7. Etiketler işlem sonrası ısı ve nemden etkilenmeyen kağıttan olmalıdır.
8. Etiket 35mm-40mm x 60 mm ve ya 50mm X 50mm ebadında olmalı ve en az beş satır yazı etikete yazılabilmelidir.
9. Etiket çift yapışkanlı olmalı ve yapışkan yüzey Ünitimizde kullanılan tekstil, wrap sterilizasyon sargısı ve sterilizasyon poşetlerine iyi yapışmalı ve sterilizasyon işlemi sonrası da yapışık kalmalı, kolay çıkmamalıdır.
10. Etiketın sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan INTERMEC marka termal yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sorunsuz çalışabilmelidir.
11. Teslim edilecek indikatörlü kartla beraber aynı metraj uzunlukta wax resin ribon da teslim edilmelidir.

Ayser MERİÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Personel

Prof. Dr. Nilhan ERGİL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu