

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2020

İlan No : 2020-01-39
İstem No : 51745
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VİSKOELASTİK MADDE, KOHESİV, %1.8, 1.0-1.6ML	150	Adet					
2	VİSKOELASTİK MADDE, KOHESİV, %3.0, 1ML-1.6ML	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

VİSKOELASTİK MADDE, KOHESİV, %1.8, 1.5ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün katarakt cerrahisinin bütün aşamalarında kullanılabilirmeli, transparan bir fizibiliteye sahip olmalıdır.
2. Ürün 18 mg/ml sodyum hyaluronat içermelidir.
3. Ortalama molekül ağırlığı en az 1.25 milyon dalton, PH derecesi 6.8–7.6 arası olmalıdır.
4. Osmolaritesi 300-330 mOsm/kg olmalıdır.
5. Steril cam şırıngada 1.00-1.50 ml hacminde olmalı ve kanül ile birlikte verilmelidir.
6. Viskoelastik, doğal yollar ile veya bakteriyel fermentasyon ile üretilmiş, non-projenik yapıda olmalıdır.
7. Cerrahi işlem sonunda kolayca uzaklaşabilir ve kohesiv özellikte olmalıdır.

VİSKOELASTİK MADDE, KOHESİV, %3.0, 1ML- 1.5ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün katarakt cerrahisinin bütün aşamalarında kullanılabilirmeli, transparan bir fizibiliteye sahip olmalıdır.
2. Ürün 30 mg/ml sodyum hyaluronat içermelidir.
3. Ortalama molekül ağırlığı en az 1.25 milyon dalton, PH derecesi 6.8–7.6 arası olmalıdır.
4. Osmolaritesi 300-330 mOsm/kg olmalıdır.
5. Steril cam şırıngada 1.00-1.50 ml hacminde olmalı ve kanül ile birlikte verilmelidir.
6. Viskoelastik, doğal yollar ile veya bakteriyel fermentasyon ile üretilmiş, non-projenik yapıda olmalıdır.
7. Cerrahi işlem sonunda kolayca uzaklaşabilir ve kohesiv özellikte olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Özer DURSUN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Bölümü
0212 444 1111

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Bölümü
0212 444 1111