

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/01/2020

İlan No : 2020-01-88
İstem No : 51779
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DREN, HEMOVAC, ÇİFTLİ, 14FR, 350-500CC	200	Adet					
2	DREN, HEMOVAC, ÇİFTLİ, 12FR, 200-300CC	100	Adet					
3	VENTİLATÖR DEVRESİ, DISPOSABLE, PEDİATRİK, ANESTEZİ İÇİN	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

DREN, HEMOVAC, ÇİFTLİ, 14FR, 350-500CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Rezervuar, silikon şeffaf boru, kilit mekanizması ve konikal paslanmaz çelik iğneden oluşmalıdır. 350-500CC olmalıdır.
2. Silikon borunun üzerinde uzaklık gösteren siyah renkli işaretler olmalıdır.
3. Drenin rezervuarının kurulabilmesi için dren içi havanın boşaltılmasını sağlayan valf mekanizması bulunmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet DAĞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No. 4852-264794

Prof. Dr. Mustafa Musa DİRLİK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No. 4852-24773 28272

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

DREN, HEMOVAC, ÇİFTLİ, 12FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Rezervuar, silikon şeffaf boru, kilit mekanizması ve konikal paslanmaz çelik iğneden oluşmalıdır. Bağlandığı rezervuarın hacmine göre 200-300CC
2. Silikon borunun üzerinde uzaklık gösteren siyah renkli işaretlemler olmalıdır.
3. Drenin rezervuarının kurulabilmesi için dren içi havanın boşaltılmasını sağlayan valf mekanizması bulunmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet DAĞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 67682-264794

Prof. Dr. Aydemir ÖLMEZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 75217-88037

Angels

VENTİLATÖR DEVRESİ, DİSPOSABLE, PEDİATRİK, ANESTEZİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Devre:

- Bir adet en az 0,5 Lt lik anestezi balonu olmalıdır.
- Bir adet Y konnektör olmalıdır.
- Üç adet hortum olmalıdır.
- Bir adet L konnektör olmalıdır.
- Malzemeler en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.

2. Anestezi Balonu:

- En az 0,5 Lt hacminde olmalıdır.
- Ağız kısmı 22F olmalıdır.
- Lateks içermemelidir.

3.Y Konektör:

- Konektör:
- Konnektörün hasta tarafında toz ve partikül girmesini engelleyen çıkarılır kapak bulunmalıdır.
 - Biriken sıvı ve sekresyonların gözlenebilmesi için şeffaf olmalıdır.

4.Flexible Hortum:

- Hortumlar esneyebilir olmalıdır.
- Hortum uçları 22F olmalıdır.
Bir adet 22 F'lik konnektör olmalıdır

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AZİZOĞLU
MENİ ŞİŞLİ Hastanesi
ve Uygulama Eğitim Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. 400 111 111 111

Yrd. Doç. Dr. Asimur SAGUN
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ve Mikrobiyoloji Merkezi
Antalya ve Gaziantep
Dr. Tels. No: 125751