

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/01/2020

İlan No : 2020-01-117
İstem No : 51860
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 18.0DPT	5	Adet					
2	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 18.5DPT	5	Adet					
3	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 19.0DPT	10	Adet					
4	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 19.5DPT	10	Adet					
5	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 20.0DPT	10	Adet					
6	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 20.5DPT	10	Adet					
7	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 21.0DPT	10	Adet					
8	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 21.5DPT	10	Adet					
9	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 22.0DPT	10	Adet					
10	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 25.5DPT	5	Adet					
11	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 26.0DPT	3	Adet					
12	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, 26.5DPT	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR


Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-12. LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFİLİK, AKRİLİK, TEK PARÇA, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lens hidrofilik akrilik materyalden yapılmış olup tek parça (monoblok) yapıya sahip olmalıdır.
2. Lens UV Işını korumalı ve Yag lazer uygulamalarına karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Lensin imalatında kullanılan bu materyal gereği lens katlanabilme, kolay çizilmeme, katlanırken kırılmama ve iz bırakmama özelliğine sahip olmalıdır. Lensin optik çapı en az 6,0 mm dıştan dışa haptik uzunluğu en az 12,50 mm olmalıdır.
4. Optik ve haptik arasında açı olmamalı ya da varsa en fazla 5 derece olmalıdır.
5. Lens PCO oluşumunu önlemek için 360 derece keskin kenarlı (square edge) özel teknolojiye sahip olmalıdır.
6. Her lens ile birlikte birer adet steril kartuş ve enjektör verilmelidir. Lens en fazla 2.80 mm kesiden rahatça implante edilebilmelidir.


Yrd. Doç. Dr. Özer DURSUN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Polikliniği
Dip Tes. No:131400


Prof. Dr. Ayşe TILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Dip. Tes. No:78946