

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2020

İlan No : 2020-01-211
İstem No : 51869
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Hastalıkları / Göğüs Hastalıkları Tetkik
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKTERİ FİLTRESİ, SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, GENİŞ ÇAPLI	1500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2.KEZ İLANA ÇIKILMIŞTIR

BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. VIASYS,Jaeger Master Scope Paed cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
2. İnspiratuar ve ekspuratuar direnci 12 Litre /sn 0.7cm H2O'dan küçük olmamalıdır.
3. Filtre verimliliği %99'dan fazla olmalıdır.
4. Kontaminasyon problemi ile karşılaşmamak için kabı açılarak içindeki filtre değiştirilir değil komple tek parça olmalıdır.
5. Disposable olmalıdır.
6. Cihazın kalibrasyonu sırasında bakteri filtresi ile kalibrasyon enjektörü arasına herhangi bir ara adaptör kullanılmamalıdır.
7. Filtre, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil, açılmaz yapıda olmalıdır. Kullanılan filtrenin sekresyon ve sıvı geçirmeme özelliğinin bulunması gerekmektedir.
8. Hastanın test aşamasında rahat nefes alıp verebilmesi için, dış çemberin hastanın burun mesafesini rahat ettirecek şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir.
9. Filtre yüksek standartlı yapıda üstün sterilizasyon özelliğinde olmalı ve her hastaya özel yapıda kullanılabilir yapıda hasta enfeksiyon güvenliğini maksimum düzeyde sağlamalıdır.
10. Malzeme uluslar arası kabul görmüş belgelere (FDA/ISO/TÜV/CE) sahip olmalı ve her bir filtre bağımsız hijyenik ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır.
12. Filtre test sonuçlarının etkilenmemesi açısından hastanede kullanılan cihazlara birebir uyumlu olmalıdır.Ara adaptör kullanımına izin verilmeyecektir.

Prof. Dr. Sibel NAYCI
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No.: 21366/24834

Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No.: 49364/38826

Prof. Dr. Sibel NAYCI
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No.: 21366/24834