

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2020

İlan No : 2020-01-243
İstem No : 51894
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Kadın Doğum İnfertilite Polikliniği
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANÜL, İNSEMİNASYON, İNTRAUTERİN	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

rtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

İdarer ÇUKUR
İstane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KANÜL, İNSEMİNASYON, İNTRAUTERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Suni dölleme durumlarında yıkanmış spermin rahim boşluğuna transferi için uygun olmalıdır.
2. İç içe iki parça malzemeden oluşmalı, iç ve dış parça çıkarılabilir olmalıdır. İç parça paslanmaz çelik ve ucunda tutmaya yarayan sapı olmalı, dış parça ise yumuşak ve şeffaf malzemeden oluşmalıdır.
2. İnseminasyon yapmaya uygun olmalıdır.
3. Kateterin uç kısmında iki adet delik yerine açık bir ucu bulunmalıdır.
4. Radyopak uç kısmı haricinde 138(+1-1) cm, dış çapı 2mm iç çapı 1.1 mm olmalıdır.
5. Kateterin baş kısmında ise kolay tutmayı sağlayan kelebek düzeni olmalıdır.
6. Kateterin uç kısmı radyopak maddeden yapılmalı, esnek ve yumuşak olmalı, uzunluğu ise 4.2 cm olmalıdır.
7. Kulpsuz ve cm işaretli olmalıdır. Cm işaretleri 50 mm'den 70 mm'ye kadar olmalıdır.
8. Luer kilit bağlantısı ABS TERLUX maddeden olmalıdır. Sert tüp, GRILAMID maddesinden yapılmalıdır.
9. Genel Rezidüel kontaminasyon için ETO sterilasyon, toksisite riski için de Beta irradyasyon uygulanmış olmalıdır.

Münir Can
m. Can

YAZICI
Kadın Hast. ve Doğum
Dış. Tes. No: 89310
[Signature]