

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2020

İlan No : 2020-01-248
İstem No : 51916
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

46

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BALON, PTCA, 1.5MMX15-16MM	30	Adet					
2	BALON, PTCA, 2MMX15MM	30	Adet					
3	BALON, PTCA, 2MMX20	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

rtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

erdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BALON, PTCA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balonlar 5F, 6F, 7F, 8F Guiding kateter ile uygulanabilmelidir.
2. Balonlar, düşük profil ve fleksibilite sağlayan semi-compliant OptiLEAP veya Fulcrum Lite materyalinden imal edilmiş olmalıdır
3. Monorail veya over the wire seçenekleri olmalıdır
4. Balonlarda kayganlığı arttırmak ve lezyondan geçişi kolaylaştırmak için balon yüzeyi Selective Dura- Track hidrofilik kaplama veya uçtan kılavuz tel portuna kadar Z-glide hidrofilik kaplama olmalıdır.
5. Balon kateteri 1,5 mm çapına kadar olan ölçüler için 1 (bir) adet, 2,0 ve üzeri ölçüler için 2 (iki) adet radyopak platin-iridyum marker a sahip olmalıdır.
6. Balonun lazer teknolojisi kullanılarak bağ yerlerinin kaynatılmış imal edilmiş olması tercih nedenidir.
7. Balon çapı, maksimum 8 Atm. şişirme basıncında nominal değerine ulaşmalıdır
8. 0.014 inç ve daha küçük çaplı GuideWire ile uygulanabilmelidir.
9. Proksimal shaft değeri 1.8- 2.1 distal shaft değeri, 2.3-2.7 F veya over the wire'da 3.2F olmalıdır.
10. Bu düşük shaft profili sayesinde 6F guiding kateter içinden 2 adet monorail balon veya 8F guiding kateter içinden 2 adet over the wire balon eşzamanlı olarak kullanılabilir.
11. Balon uç kısmı inceltilmiş olmalı, lezyon giriş profili 0.017 inç' ten fazla olmamalıdır.
12. Balonun lezyon geçiş profili 0.026"ten fazla olmamalıdır.
13. Balonun 1.2mm, 1.25mm veya 1.5mm çapında total okluzyonlar veya ulaşılması zor distal lezyonlar için tasarlanmış ayrı ayrı shaft karakteristikli tipleri olmalıdır.

Prof.Dr. Oben DÖVEN

Mersin Ünv. Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip. No: 93-092-095

Minever BUĞDAY
Koroner Anjiy. Sorumlu Hemşiresi

Prof.Dr.M.Neçdet AKKUŞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kardiyoloji A.D. Kardiyoloji ve İç Hast. Uzm.
Dip. Tes. No.: 7582