

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2020

İlan No : 2020-01-232
İstem No : 51921
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İRRİGASYON SİSTEMİ, Y TİPİ, PUARLI	100	Adet					
2	İRRİGASYON SİSTEMİ, Y TİPİ, PUARSIZ	100	Adet					
3	KATETER, ÜRETERAL, BİR UCU AÇIK, 5.0FR, 70CM	40	Adet					
4	KATETER, ÜRETERAL, BİR UCU AÇIK, 4.0FR, 70CM	40	Adet					
5	KİLİF, KAMERA	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

İRRİGASYON SİSTEMİ, Y TİPİ, PUARLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift girişli ve tek çıkışlı olmalıdır.
2. Sıvı girişlerini kuvvetlendirecek manuel pompa sistemine sahip olmalıdır.
3. Sıvı girişlerinde birer adet ve çıkışta birer adet kilit mekanizması olmalıdır.
4. Hava girişsiz delme uçları olmalıdır.
5. Hızlı doldurma puarı olmalıdır.
6. Toplam uzunluk 200-220cm olmalıdır.
7. Yumuşak hortumlu proksimal uç olmalıdır.

Dr. Nesit TEK
Genel Sağlık Kurultirma
Uygulama Merkezi
Fis. No: 107411

Dr. Nesit TEK
Genel Sağlık Kurultirma
Uygulama Merkezi
Fis. No: 107411

İRRİGASYON SİSTEMİ, Y TİPİ, PUARSIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift girişli ve tek çıkışlı olmalıdır.
2. Sıvı girişlerinde birer adet ve çıkışta 1 adet kilit mekanizması olmalıdır.
3. Puar sistemi bulunmalıdır

Doç.Dr. Mesut TEK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üroloji
Cep. Tel: No: 107411

Prof. Dr. Feriit ALMUT
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üroloji
Cep. Tel: No: 107411

KATETER, ÜRETERAL, BİR UCU AÇIK 5.0FR 70CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flexima meteryalinden yapılmış olmalıdır.
2. 5FR - 70cm ve açık uçlu olmalıdır.
3. Katlanmaz yüksek itme kabiliyeti bulunmalıdır.
4. Gövdesinin vücut içerisinde kalan kısmında her cm'de bir çizgi olmalıdır.
5. Görüntü kolaylığı için Mavi üzerine siyah çizgili olmalıdır.
6. Tamamen radyopak olmalıdır.
7. Her kateter steril pakette enjeksiyon girişi ile gelmelidir.

KATETER, ÜRETERAL, BİR UCU AÇIK 4.0FR 70CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

8. Flexima meteryalinden yapılmış olmalıdır.
9. 4FR - 70cm ve açık uçlu olmalıdır.
10. Katlanmaz yüksek itme kabiliyeti bulunmalıdır.
11. Gövdesinin vücut içerisinde kalan kısmında her cm'de bir çizgi olmalıdır.
12. Görüntü kolaylığı için Mavi üzerine siyah çizgili olmalıdır.
13. Tamamen radyopak olmalıdır.
14. Her kateter steril pakette enjeksiyon girişi ile gelmelidir.

Doç.Dr. Mesut TEK
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Dip. Tes. No: 107411

Doç.Dr. Mesut TEK
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Dip. Tes. No: 107411

KILIF, KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistoskopik kameraya uygun olmalıdır.
2. İçten dışa doğru katlanmış olmalı, rahat kamera geçişi sağlamalıdır.
3. Her pakette bir adet drape ve iki adet plastik kelepçe bulunmalıdır.
4. Paket içeriğinin steril olduğunu gösteren indikatörü olmalıdır.

Doç.Dr. Mesut TEK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Dip. Tes. No: 107411

Prof. Dr. Mesut TEK