

T.C.  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

15/01/2020

İlan No : 2020-01-241  
İstem No : 51936  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2020 15:00:00**

| S.No | Malzeme Açıklaması                 | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KAP, İDRAR, VİDA KAPAKLI           | 15000  | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | KOTER PLAĞI, DİSPOSABLE, PEDIATRİK | 150    | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | SONDA, NELATON, 08FR               | 4000   | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 4    | DİSTİLE SU, STERİL                 | 6000   | LT    |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**


### 1. KAP, İDRAR, VİDA KAPAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İdrar bardağı steril, plastik ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Bardağın üzerinde içindeki sıvının miktarını gösterecek dereceli bölme olmalıdır.
3. İdrar bardağı en az 100ml hacimli olmalıdır.
4. İdrar bardağının kapağı kapatılınca içindeki sıvı çarpma düşme gibi etkilerle dökülmemelidir.

### 3. SONDA, NELATON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nontoksik ve apirojenik özellikte Tıbbi PVC'den üretilmelidir.
2. Sonda konektörden sonra en az 34cm. uzunluğunda şeffaf, tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.
3. Sondanın açık uç kısmı atravmatik olması için yuvarlatılmış ve uygun aspirasyon için kenarlarında mülly uç tanımına uyacak şekilde 2 adet simetrik delikli olmalıdır.
4. Kateterin aspiratöre bağlanan ucu dünya standartlarına renk kodu sistemine uygun farklı renklerden oluşmalıdır.
5. Tahriş edici sertlikte olmamalı, bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
6. Konnektör konik şekilde olmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlaması amacıyla buzlandırılmış bir yüzeye sahip olmalıdır.

  
Hemş. Raziye Nurşen ÇAVDAR  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Başhemşire Yardımcısı

  
Hemş. Gülnur LAĞAP  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Hemşirelik Bznm. Koordinatörü

## 2. KOTER PLAĞI, DİSPOSABLE, PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut Covidien marka cihazla uyumlu olması gerekmektedir.
2. Koter plakları çift çıkışlı olmalı ve plağın iletken kısmı birbirinden ayrı iki bölümünden oluşmalı çocuklarda kullanılmaya uygun boyutlarda olmalıdır.
3. Kendinden yapışkanlığı yüzeyi ile hastanın derisine tam temas sağlanmalıdır.
4. Cilde zarar vermeyecek şekilde yapıştırılabilir ve çıkartılabilir olmalıdır.
5. Her türlü sıvı temasında deriye tutunmayı sürdürmeli ve işlevini korumalıdır.
6. Çıkarıldığında iz bırakmamalı, alerjik reaksiyonlara yol açmamalıdır.
7. Hasta vücuduna temas ettiğinde minimal elektriksel direnç oluşturmamalıdır.
8. Plaklar steril tekli ambalajlarda olmalıdır.
9. Plağın iletkenliği maksimum seviyede olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi İsa KILIÇ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A.D.  
Dip. Tes. No: 113992

Dr. Öğr. Üyesi İsa KILIÇ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi

#### 4. DİSTİLE SU, STERİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kuvöz ve ventilatörde kullanıma uygun olmalıdır.
2. İnhalasyon amaçlı kullanılabilmelidir.
3. 1000 cc'lik ambalajlarda bulunmalıdır.
4. Steril olduğunu belirten ibare olmalıdır.
5. Plastik şişe ve vidalı kapaklı olmalıdır.
6. Su mikroorganizmalardan ve iyonlardan arındırılmış olmalıdır.

Prof. Dr. Elif SAHİN HORASAN  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Enfeksiyon Hastalıkları  
Dip Tes. No...53838

Prof. Dr. Gökdeniz ARSÖZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Enfeksiyon Hastalıkları  
Dip Tes. No. 56983