

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2020

İlan No : 2020-01-247
İstem No : 51937
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

HG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.75MMX8-10MM	20	Adet					
2	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.75MMX12MM	20	Adet					
3	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.75MMX15MM	20	Adet					
4	BALON, PTCA, NONKOMPLEAN, 2.75MMX20MM	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BALON, PTCA, NONKOMPLEAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balon kateteri koroner atar damarların ve ya baypass greftlerindeki stenotik aterosklerotik lezyonların ve damar içi stentlerin takılma öncesi ve sonrası genişletilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Balon Kateteri OPTİLEAP veya NYLON – Non-Compliant materyalinden yapılmış olmalıdır.
3. Balon kateteri üzerinde 2 (iki) adet radyopak platin-iridyum marker a sahip olmalıdır.
4. RX portu distal'den uçtan 25 cm uzaklıkta olmalıdır.
5. Balon kateterin distal shaftı Zgslide, Meriglide hidrofilik veya balonun yüzeyi Selective Dura-Track hidrofilik kaplı olmalıdır.
6. Balon kateterinin üzerinde 90 cm ve 100 cm noktalarını gösteren işaretleyiciler bulunmalıdır.
7. Balon kateteri 142 cm uzunluğunda olmalıdır.
8. Balon kateteri proksimal shaft kalınlığı 2,1 F, distal shaft kalınlığı maksimum 2.7F olmalıdır.
9. Balon kateterin tip girişi en fazla 0,017" olmalıdır.
10. Balon kateterin lezyon geçiş profili 2,5 mm ile 3,5 mm arası çaplar için 0,025", 4,0mm çapı için 0,026" olmalıdır
11. Balon kateteri tüm ölçüleri için 12 ATM basınçta nominal şişme çapına ulaşmalıdır.
12. Balon kateteri ölçülmüş patlama basıncı tüm çaplar için 20 ATM olmalıdır.
13. Balon kateteri 5F/0,065" (1,6mm) guiding kateter ile rahatlıkla kullanılabilmelidir.
14. Balon kateteri 0,014" kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.
15. Balon kateteri çapları 2,50mm – 2,75mm - 3,00mm olmalıdır.

Minever BUĞDAY
Koroner Anjiyo Sorumlusu (Kateterci)

Prof. Dr. Ömer DOVEN
Meriniv. Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip. No: 93-092-095

Prof. Dr. M. Necdet AKKUŞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kardiyoloji A.D. Kardiyoloji ve İç Hast. Uzm.
Dip. Tes. No.: 7582