

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

17/01/2020

İlan No : 2020-01-301
İstem No : 51985
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2020 15:00:00

FE

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PAS, HAZIR KİT	300	Test					
2	IGG-FITC ANTİ HUMAN RABBİT	4	ML					
3	C1Q-FITC RABBİT	2	ML					
4	LAMEL, 24MMX60MM	50000	Adet					
5	C3C-FITC RABBİT	2	ML					
6	IGM (FITC)	2	ML					
7	IGA-FITC ANTİ HUMAN RABBİT	2	ML					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanıma hazır formda olmalıdır.
2. Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.
3. Kit içerisinde boyama prosedürlerini basamakları ile anlatan bir prospektüs bulunmalıdır.
4. IVD işaretleri taşınmalıdır.
5. Üretici, ürün içeriği ,son kullanma tarihi ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
6. Uluslar arası üretici standartlarına uygunluğu belgelenmelidir.
7. 2 yıl miyatlı olmalıdır.
8. İhaleyi kazanan firma histokimyasal kurulumu yapacak ve gerekli teknik eğitimi verecektir. .Eğitim ve aplikasyon 2 iş gününü kapsayacaktır.
9. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda ürünler için teklif eden firmadan aplikasyon istenecek ve bu aplikasyonun iki iş günü içerisinde yapılması beklenecektir.
10. Aplikasyonu yapmayan veya aplikasyonu başarısız olan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Teslim edilen ve sonuç alınmayan tüm ürünler, laboratuvarımızda sorunun çözüldüğü ispatlanıncaya kadar, teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıyor olması durumunda dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Numuneler laboratuvarımızda test edildikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
13. İthal olmalıdır.
14. 1test = 500ul hesabına göre 100 testlik olmalıdır.
15. Kit içerisinde 3 adet 50ml lik damlalıklı komponent olmalıdır.
16. Histokimyasal boyamaya uygun olmalıdır.
17. Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
 - Periodic Acid
 - Schiff Solution
 - Mayer Hematoksilen

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Dr. Öğrt. Üyesi Feriye KUNAL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

IgG/FITC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alımı yapılacak olan antikorlar patoloji laboratuvarında in vitro diagnostik, yani hasta dokularında tanı koymak için immunfleurösan işleminde kullanım amaçlı ve frozen doku kesitlerinde ve parafin kesitlerde çalışmak üzere üretilmelidir.
2. Alımı yapılacak antikorlar 2 ml konsantre ambalajda ve Dil. Oranı 1/20-40 olmalıdır.
3. Malzemeler firmalar tarafından kuru buz içerisinde soğuk zincir korunarak nakledilmeli ve ürünlerin tümü kapalı orijinal ambalajları içerisinde teslim edilmelidir. Teslim edilen antikorların son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
4. Teslimatı takiben pozitif kontrol dokularında yeterli boyanma elde edilemeyen antikorlar ile son kullanma tarihinden önce boyanma niteliği bozulan antikorların, bildirimi takiben en fazla 15 gün içerisinde yüklenici firma tarafından aynı özelliklere sahip yeni bir ürün ile değiştirileceğini taahhüt edilmelidir.
5. Firmalar teklif verdiği malzemelerin yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeyi teslim etmelidir.
6. Satın alınacak malzemelerin CE belgesine sahip olduğu orijinal katalog veya orijinal veri broşürlerinde ("data sheet") belirtilmelidir.
7. Teklif edilen ürünün UBB barkod numaraları birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmelidir.
8. Ürünün dilüenti veya ürünün dilüenti ile uyumlu kullanılabilecek dilüent ürünle birlikte teslim edilmelidir.
9. Numune laboratuvarımızda test edildikten sonra uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. Mahmut YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Dr. Öğrt. Üyesi Feri TUNCE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634-03574

C1q Complement/FITC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alımı yapılacak olan antikorlar patoloji laboratuvarında in vitro diagnostik, yani hasta dokularında tanı koymak için immunfleurösan işleminde kullanım amaçlı ve frozen doku kesitlerinde ve parafin kesitlerde çalışmak üzere üretilmelidir.
2. Alımı yapılacak antikorlar 2 ml konsantre ambalajda ve Dil. Oranı 1/20-40 olmalıdır.
3. Malzemeler firmalar tarafından kuru buz içerisinde soğuk zincir korunarak nakledilmeli ve ürünlerin tümü kapalı orijinal ambalajları içerisinde teslim edilmelidir. Teslim edilen antikorların son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
4. Teslimatı takiben pozitif kontrol dokularında yeterli boyanma elde edilemeyen antikorlar ile son kullanma tarihinden önce boyanma niteliği bozulan antikorların, bildirim takiben en fazla 15 gün içerisinde yüklenici firma tarafından aynı özelliklere sahip yeni bir ürün ile değiştirileceğini taahhüt edilmelidir.
5. Firmalar teklif verdiği malzemelerin yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeyi teslim etmelidir.
6. Satın alınacak malzemelerin CE belgesine sahip olduğu orijinal katalog veya orijinal veri broşürlerinde ("data sheet") belirtilmelidir.
7. Teklif edilen ürünün UBB barkod numaraları birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmelidir.
8. Ürünün dölüenti veya ürünle uyumlu kullanılabilecek dölüent ürünle birlikte teslim edilmelidir.
9. Numune laboratuvarımızda test edildikten sonra uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
(24x60 mm)

1. 24x60 mm ebatlarında olmalıdır.
2. Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
3. Ürünü toz ve nemden koruyan ambalaj içersinde olmalıdır.
4. Saydam olacak ve rengi yeşile kaymayacaktır.
5. Üretici firma ve ürün bilgisi kutu üzerinde belirtilmelidir.
6. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir.
7. Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.

Prof. Dr. H. H. H. H.
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 4255

Dr. Öğrt. Üyesi Ferah TUNCE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 1104501-8851

C3c Complemaent/FITC TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Alımı yapılacak olan antikorlar patoloji laboratuvarında in vitro diagnostik, yani hasta dokularında tanı koymak için immunfleurösan işleminde kullanım amaçlı ve frozen doku kesitlerinde ve parafin kesitlerde çalışmak üzere üretilmelidir.
2. Alımı yapılacak antikorlar 2 ml konsantre ambalajda ve Dil. Oranı 1/10 olmalıdır.
3. Malzemeler firmalar tarafından kuru buz içerisinde soğuk zincir korunarak nakledilmeli ve ürünlerin tümü kapalı orijinal ambalajları içerisinde teslim edilmelidir. Teslim edilen antikorların son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
4. Teslimatı takiben pozitif kontrol dokularında yeterli boyanma elde edilemeyen antikorlar ile son kullanma tarihinden önce boyanma niteliği bozulan antikorların, bildirim takiben en fazla 15 gün içerisinde yüklenici firma tarafından aynı özelliklere sahip yeni bir ürün ile değiştirileceğini taahhüt edilmelidir.
5. Firmalar teklif verdiği malzemelerin yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeyi teslim etmelidir.
6. Satın alınacak malzemelerin CE belgesine sahip olduğu orijinal katalog veya orijinal veri broşürlerinde ("data sheet") belirtilmelidir.
7. Teklif edilen ürünün UBB barkod numaraları birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmelidir.
8. Ürünün dilüenti veya ürünün dilüenti ile uyumlu kullanılabilecek dilüent ürünle birlikte teslim edilmelidir.
9. Numune laboratuvarımızda test edildikten sonra uygunluk verilecektir.


Prof. Dr. Mehmet YALCIN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Dr. Öğrt. Üyesi Feriye TÜRK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

IgM/FITC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alımı yapılacak olan antikorlar patoloji laboratuvarında in vitro diagnostik, yani hasta dokularında tanı koymak için immunfleurösan işleminde kullanım amaçlı ve frozen doku kesitlerinde ve parafin kesitlerde çalışmak üzere üretilmelidir.
2. Alımı yapılacak antikorlar 2 ml konsantre ambalajda ve Dil. Oranı 1/20-40 olmalıdır.
3. Malzemeler firmalar tarafından kuru buz içerisinde soğuk zincir korunarak nakledilmeli ve ürünlerin tümü kapalı orijinal ambalajları içerisinde teslim edilmelidir. Teslim edilen antikorların son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
4. Teslimatı takiben pozitif kontrol dokularında yeterli boyanma elde edilemeyen antikorlar ile son kullanma tarihinden önce boyanma niteliği bozulan antikorların, bildirim takiben en fazla 15 gün içerisinde yüklenici firma tarafından aynı özelliklere sahip yeni bir ürün ile değiştirileceğini taahhüt edilmelidir.
5. Firmalar teklif verdiği malzemelerin yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeyi teslim etmelidir.
6. Satın alınacak malzemelerin CE belgesine sahip olduğu orijinal katalog veya orijinal veri broşürlerinde ("data sheet") belirtilmelidir.
7. Ürünün dilüenti veya ürünün dilüenti ile uyumlu kullanılabilecek dilüent ürünle birlikte teslim edilmelidir.
8. Numune laboratuvarımızda test edildikten sonra uygunluk verilecektir.



Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42621


Dr. Öğr. Üyesi Ferah TUNCE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 18488-9857

İgA/FITC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alımı yapılacak olan antikorlar patoloji laboratuvarında in vitro diagnostik, yani hasta dokularında tanı koymak için immunfleurösan işleminde kullanım amaçlı ve frozen doku kesitlerinde ve parafin kesitlerde çalışmak üzere üretilmelidir.
2. Alımı yapılacak antikorlar 2 ml konsantre ambalajda ve Dil. Oranı 1/20-40 olmalıdır.
3. Malzemeler firmalar tarafından kuru buz içerisinde soğuk zincir korunarak nakledilmeli ve ürünlerin tümü kapalı orijinal ambalajları içerisinde teslim edilmelidir. Teslim edilen antikorların son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
4. Teslimatı takiben pozitif kontrol dokularında yeterli boyanma elde edilemeyen antikorlar ile son kullanma tarihinden önce boyanma niteliği bozulan antikorların, bildirim takiben en fazla 15 gün içerisinde yüklenici firma tarafından aynı özelliklere sahip yeni bir ürün ile değiştirileceğini taahhüt edilmelidir.
5. Firmalar teklif verdiği malzemelerin yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeyi teslim etmelidir.
6. Satın alınacak malzemelerin CE belgesine sahip olduğu orijinal katalog veya orijinal veri broşürlerinde ("data sheet") belirtilmelidir.
7. Teklif edilen ürünün UBB barkod numaraları birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmelidir.
8. Ürünün dilüenti veya ürünün diluenti ile uyumlu kullanılabilecek dilüent ürünle birlikte teslim edilmelidir.
9. Numune laboratuvarımızda test edildikten sonra uygunluk verilecektir.


Prof. Dr. Mehmet YALIN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 4263


Dr. Öğrt. Üyesi Faruk TUNC
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 4263