

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

22/01/2020

İlan No : 2020-01-370
İstem No : 52060
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/01/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TUTUCU (HOLDİNG) PİPETİ	150	Adet					
2	TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 14ML	500	Adet					
3	TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 6ML	500	Adet					
4	PİPET, PASTEUR, CAM, 14-15CM	1000	Adet					
5	PİPET, PASTEUR, STERİL, PLASTİK	250	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1.TUTUCU (HOLDİNG) PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnsan yumurtalarını aspire ederek tutup bırakabilecek ve bu işlemi yaparken yumurtanın membranına zarar vermeyecek ve mikroenjeksiyon işlemi sırasında yumurtanın dönmesini ve kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.
2. Mikropipetler borosilikat cam kapillerden imal edilmiş olmalıdır. Bu tüplerin OD 120 $\square$ 10 $\square$ m ve ID 25 $\square$ 3 $\square$ m olmalıdır.
3. Gama sterilizasyonu ile tek tek steril edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.
4. Endotoksin ve fare embriyo testleri yapılmış olmalıdır.
5. Holding pipetin başlangıç (arka) çapı 1mm olup pipet boyu 70mm ve eğimli kısım uzunluğu 0.9 mm olmalıdır.
6. Holding pipetin tutucu uç boyutları 16 μ m' ye 104 μ m olmalıdır.
7. Holding pipetin eğim açısı 300 olmalıdır.
8. Holding pipeti DNA-Free (DNA içermeyen) özellikte olacaktır ve teklif veren firma tarafından belgelenmelidir.
9. Mikropipetlerin uç kısmına 300 (otuz derece) ölçüsünde açı verilmiş olmalıdır.
10. Mikropipetler steril olarak kendine özel ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.

2. TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 14ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek tek steril pakette, 500 adetlik kutuda olmalıdır.
2. Ürünün tabanı düz olmalı çift basmalı kapaklı olmalıdır.
3. Ürün 14 ml hacminde olmalıdır. Ağız genişliği oosit aspirasyon setine uygun olmalı ve herhangi bir aspirasyona engel durum oluşturmamalıdır.
4. Ürün 17 mm çapında ve 100 mm boyunda olmalıdır.
5. Ürün insan IVF kullanımına uygun non toksik olmalıdır.
6. Ürün polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
7. Ürün üzerinde hacim ml değerlerini gösteren cetvel olmalıdır.
8. Ürün hücre kültürüne uygun olmalıdır.

3. TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 6 ML

9. Ürün tek tek steril pakette, 500 adetlik kutuda olmalıdır.
10. Ürünün tabanı düz olmalı çift basmalı kapaklı olmalıdır.
11. Ürün 6 ml hacminde olmalıdır ve üzerinde göstermelidir.
12. Ürün insan IVF kullanımına uygun non toksik olmalıdır.
13. Ürün polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
14. Ürün insan hücre kültürüne uygun olmalıdır.

4. PİPET, PASTEUR, CAM, 14-15CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Borosilikat, şeffaf camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Pipetin uzunluğu 14-15 cm olmalıdır.
3. Pipetin uçları açık ve düzgün kesilmiş olmalıdır.
4. Pipetin içinde cam kırığı ve cam tozu olmamalıdır.

5. PİPET, PASTEUR, STERİL, PLASTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3 ml hacminde olmalıdır.
2. Plastik, arkası kapalı, damlalık şeklinde ve geniş arka hazneli olmalıdır.
3. Steril, tek tek paketli, non toksik ve tek kullanımlık olmalıdır.
4. Gama sterilize olmalıdır.

Dr. Sgr. Üyesi Safiye TAĞA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üye (Tüp Bebek) Merkezi
Dip. Tes. No...143

Prof. Dr. Fahir Güllüoğlu
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Dip. Tes. No...143