

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2020

İlan No : 2020-02-577
İstem No : 52236
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	DOKU YENİLEME SOLÜSYONU, İNTRAVEZİKAL, HYALURONAT İÇEREN	8	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DOKU YENİLEME SOLÜSYONU, İNTRAVEZİKAL, HYALURONAT İÇEREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün hyaluronik asit esaslı Sodyum hyaluronat-fosfat tamponu veya sodium hyaluronat – Adelmidrol kombinasyonundan oluşmalıdır.
2. Ürün 50 ml lik ambalajda en az %0,16 80 mg hyaluronik asit içerikli olmalıdır. Bir ambalaj bir tedavi dozu olmalıdır.
3. Ürün; kronik ve tekrarlayan Sistit, İnterstiyal sistit, radyasyon sistiti, sistit sebepli idrar retansiyonu ve tümörleri, hiperaktif mesane vakalarında , çeşitli tıbbi girişimlerde (sistoskopi, radyasyon terapisi vb) mesane ve üretral uretolyum matriksi için viskoelastik koruyucu olması amaçlarıyla kullanılmalıdır.
4. Ürünün ; kalıcı terapötik etki ve GAG katmanı geri kazanımında uzun süreli dirençli etki sağlaması için moleküler kütlesi en az 1500 kDA (1,5MDa) olmalıdır.
5. Materyal kolay uygulanabilmesi için 50 ml lik kilitli katater konektörlü mediflex poşette veya luorlock enjektörde olmalıdır.
6. Ürün çift steril pakette bulunmalıdır. Böylelikle dış paket yanlışlıkla açılrsa bile, iç paket kilitli katater konektörü kırılmadığı sürece ürünün sterilliğini korumalıdır.
7. Ürüne ait ülkemizde veya başka ülkelerde yapılmış ve yayınlanmış Sistit- Radyasyon sistiti vb endikasyonlarda kullanıldığına dair çalışmaları bulunmalıdır.
8. Materyal bio uyumlu apirojenik olmalıdır.
9. Materyal hayvansal bazlı olmamalıdır.
10. Ürünün Ph değeri 7.1-7.3 olmalıdır.
11. Ürün herhangi bir madde karıştırılmadan kullanılmalıdır.
12. Ürün buhar ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

Doc. Dr. Mesut TEK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji
Dip. Tes. No.: 107411

Dr. Mustafa AKGÖZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji
Dip. Tes. No.: 107411