

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/02/2020

İlan No : 2020-02-568
İstem No : 52237
Alım No :
Talep Eden Birim : ANESTEZİ ve REANİMASYON DEPOSU / Anestezi Stoğu
Konu : DİĞER MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/02/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BLANKET, ISITMALI MOBİL BEBEK KUNDAĞI	1	Adet					
2	BLANKET HASTA ISITICI CİHAZI, PEDIATRİK	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HASTA ISITMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Cihaz çocuk hastaların ısıtılmasında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Isıtma sistemi ısı kontrol ünitesi ve ısıtıcı yatak olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
- 3- Cihaz 220-240V/50-60Hz şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.
- 4- Isıtma işlemi hasta emniyeti açısından düşük voltajla yapılmalı, yatağa gelen voltaj 24 Volt 'u geçmemelidir.
- 5- Isıtma elementi olarak karbon-fiber kumaş kullanılmış olmalıdır.
- 6- Sistemde sıcaklık ayarı 30°C ile 40°C arasında 0,1°C hassasiyetle yapılabilmelidir.
- 7- Ayarlanan ve gerçekleşen sıcaklık değerleri ön paneldeki LCD göstergeden dijital olarak ayrı ayrı izlenebilmelidir.
- 8- Isıtma işleminin %0 ile %100 arasında hangi kapasitede yapıldığı, kontrol panelinde bulunan bir LCD göstergeden %10'luk dilimler halinde izlenebilmelidir.
- 9- Sistemin kontrol panosu açma/kapama butonu da dahil olmak üzere toz geçirmeyen dokunmatik membran tipi olmalı, üzerine damlayabilecek sıvılardan etkilenmemelidir.
- 10- Oda sıcaklığında ısıtıcı ped 36-37°C sıcaklığa en fazla 8-10 (±3) dakikada ulaşabilmelidir.
- 11- Sistemin aşağıdaki durumlara karşı sesli ve görsel alarm düzeni olmalıdır.
 - a. Güç alarmı
 - b. Pad alarmı
- 12- Sistemde alarm verildiği zaman, sesli alarm bir butona basılarak susturulabilmelidir. Alarm sesi susturulduğunda, alarm durumu devam ettiği sürece ön paneldeki LCD göstergeden takip edilebilmelidir.
- 13- Isıtma sisteminin 50x80 cm (±5cm) ebatlarında 1 adet ısıtma yatağı olmalıdır. Isıtma yatağı, hasta yattığı zaman içine gömüleceği türden süngerli bir ürün olmamalıdır.
- 14- Isıtıcı pedin dış yüzeyi silinebilir olan su geçirmeyen, hava geçiren özel bir kumaşla kaplanmış olmalıdır.
- 15- Her yatakla birlikte, yatağın üzerindeki hariç yedek olarak 2 adet çok kullanımlık kılıf 2 adette tek kullanımlık kılıf verilmelidir.

Prof. Dr. Nurgan DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Bölümü
07.05.2023

Prof. Dr. Nurgan DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Bölümü
07.05.2023

ISITMALI VE MOBİL BEBEK KUNDAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz yenidoğan hastaların ısıtılmasında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Isıtma sistemi ısı kontrol ünitesi ve ısıtıcı ped olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
- 3- Cihaz 220-240V/50-60Hz şehir şebeke elektriği ve dahili bataryası ile çalışabilmelidir.
- 4- Isıtma işlemi hasta emniyeti açısından düşük voltajla yapılmalı, yatağa gelen voltaj 24V'u geçmemelidir.
- 5- Isıtma elementi olarak karbon-fiber kumaş kullanılmış olmalıdır.
- 6- Sistemde sıcaklık ayarı 30°C ile 39°C arasında 0,1°C hassasiyetle yapılabilmelidir.
- 7- Ayarlanan ve gerçekleşen sıcaklık değerleri ön paneldeki LCD göstergeden dijital olarak ayrı ayrı izlenebilmelidir.
- 8- Isıtma işleminin %0 ile %100 arasında hangi kapasitede yapıldığı, kontrol panelinde bulunan bir LCD göstergeden %10'luk dilimler halinde izlenebilmelidir.
- 9- Sistemin kontrol panosu açma/kapama butonu da dahil olmak üzere toz geçirmeyen dokunmatik membran tipi olmalı, üzerine damlayabilecek sıvılardan etkilenmemelidir.
- 10- Oda sıcaklığında ısıtıcı ped 36-37°C sıcaklığa en geç 6-10 dakikada ulaşabilmelidir.
- 11- Sistemin aşağıdaki durumlara karşı sesli ve ışıklı alarm düzeni olmalıdır.
 - a. Yüksek sıcaklık alarmı
 - b. Pad alarmı
- 12- Sistemde alarm verildiği zaman, sesli alarm bir butona basılarak susturulabilmelidir. Alarm sesi susturulduğunda, alarm durumu devam ettiği sürece ön paneldeki ışıklı göstergelerden takip edilebilmelidir.
- 13- Isıtma sisteminin 65x70 cm (± 2 cm) ebatlarında 1 adet ısıtma pedi olmalıdır. Ped, kundak gibi bebeği tamamen sarabilecek bir şekilde yapılmış olmalıdır.
- 14- Isıtıcı pedin dış yüzeyi silinebilir olan su geçirmeyen hava geçiren, özel bir kumaşla kaplanmış olmalıdır.
- 15- Yatak için çok kullanımlık ve tek kullanımlık kılıf mevcut olmalıdır.
- 16- Cihaz bataryasıyla en az 3 saat ısıtma yapabilmelidir. Cihazdan harici verilecek batarya, UPS gibi sistemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Prof. Dr. Nurcan DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 1052


Prof. Dr. Hakan BİKBİÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 1052