

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2020

İlan No : 2020-02-571
İstem No : 52248
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 07/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, VENT, ÇOK DELİKLİ, 18FR	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KATETER, VENT, ÇOK DELİKLİ, 18FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter extracorporal dolaşım sırasında süperior veya inferior venacavalar'dan venöz kanın emilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Kateter, uygulama sırasında istenilen şeklin verilebilmesi için kateterin içinde flexible mandren olmalı, bu mandren mandalla kateterin sonundaki konnektöre kolaylıkla adapte olabilmeli ve çıkartılabilmelidir.
3. Kateterin ucu delik ve etrafı dokuya zarar vermemesi için yuvarlatılmış olmalıdır.
4. Kateterin uç kısmında sarmal şekilde aşağıdan yukarıya sekiz sıra delik olmalıdır.
5. Kateterin ucundan 11,5 cm sonra ilk işaret, 16.5 cm sonra ikinci işaret, 21.5 cm sonra üçüncü işaret olmalıdır.
6. Kateter 18 French ölçülerinde ve 1/4 konnektörlerle uyumlu olmalıdır.
7. Kateterin 18 French'te en az 30 cm olmalıdır.
8. Basket uç karşılıklı dört geniş maximum kan akımını sağlayacak açıklığa sahip olmalıdır.


Prof. Dr. Murat ÖZEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.:48682


Araş. Gör. Dr. Ayşe Çiğdem ÜRKBAŞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 146000