

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2020

İlan No : 2020-02-572  
İstem No : 52270  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/02/2020 10:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                      | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KANÜL, KARDİYOPLEJİ, RETROGRAD, BALONLU | 20     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## KANÜL, KARDİOPLEJİ, RETROGRAD, BALONLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Açık kalp ameliyatlarında retrograde infüzyon yoluyla koroner sinüslere kardiyopleji solüsyonu vermek amacıyla kullanılmalıdır.
2. Kanül toplam uzunluğu 25-30 cm olmalıdır.
3. Kanül silikon tubing'ten yapılmış olmalıdır.
4. Kanülün uç kısmında silikon balon olmalı, balonu infüzyon sırasında otomatik olarak şişmeli ve infüzyon bittikten sonra kendiliğinden inmeli.
5. Kanül size 15 Fr olmalıdır.
6. Kanül içinde yerleşmesini kolaylaştıracak kılavuz tele sahip olmalıdır.
7. Kanül üzerinde hareketli dikiş halkası bulunmalıdır.
8. Kanül üzerinde balonu şişirmeye yarayan ve gerektiğinde sıvı vermeye veya basınç okumaya yarayan iki hat olmalıdır.
9. Basınç hattında ve hattın ucunda stopcock olmalıdır.
10. Kanül üzerinde kolay kilitleme klemp olmalıdır.
11. Kanül üzerinde implantasyonu kolaylaştıracak belirleyiciler (marker) bulunmalıdır.

Prof. Dr. Murat ÖZEREN  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.  
Dip. Tes. No: 48682

Aras. Cerr. Dr. Asst. Çel. B. N. ÖZBAŞ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Kalp ve Damar Cerrahisi  
Dip. Tes. No: 110000