

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

17/02/2020

İlan No : 2020-02-813
İstem No : 52289
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

61

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 20/02/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BATARYA, DEFİBİLATOR	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya firmanın orjinal ürünü olacaktır.
2. Bataryayı temin eden firma cihazın üretici firmasına ait yetki ve temsilcilik belgesine sahip olmalıdır.
3. Batarya 12V, 2800 mAh gücünde olmalıdır. Bu değerlerin üstünde ve altında güçte batarya alınmayacaktır.
4. Batarya Nickel-metal Hydride (Ni-MH) özelliğinde olmalıdır.
5. Batarya soketi Nihon Kohden marka TEC-552K ve TEC-5531K modellerine uygun olacaktır. Sonradan ekleme soketlerle yapılan , orjinal soket bağlantılı olmayan bataryalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6. Batarya üzerinde firma bilgileri , batarya özelliklerini , üretim tarihi, tehlikeli kullanım durumları ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
7. Batarya üzerinde termik bulunmalıdır. Bu özelliğe sahip olmayan bataryalar değerlendirilmeyecektir.
8. Cihazın maksimum enerji seviyesi ile 20 OC sıcaklığında tam şarj olmuş yeni bir batarya en az 70 defa şok yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
9. Batarya 3 saatte şarj olacak kapasiteye sahip olmalıdır.
10. Batarya CE belgeli olmalıdır.

Nurettin DİNÇER
Biyomedikal Teknikeri

KAYHAN DİKMEN
TEKNİSYEN