

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/02/2020

İlan No : 2020-02-676
İstem No : 52365
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Yoğun Bakım KBB Servisi
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

61

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HANDPIECE, MİKRODEBRİDER, M4	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

YÜKSEK DEVİRLİ MİKRODEBRİDER (SHAVER) HANDPIECE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Microdebrider ucu boyunca cerrahi bölgeyi ıslak ve oluşabilecek doku artıklarına engel teşkil etmeyecek şekilde kesme, irrigasyon ve aspirasyon yapabilmelidir.
- Kesme fonksiyonu ileri ve ileri-geri olarak ayarlanabilir olmalıdır.
- Handpiece'in dizaynı uçların 360 derece dönebilmesine uygun olmalı ve bu handpiece'in üzerindeki bir düğme yardımı ile kontrol edilebilmelidir.
- İstenilen pozisyona gelindiğinde ise handpiece takılı ucu kilitleme özelliği olmalıdır.
- Emme kanalı Motorun ortasında olmalı ve böylece Motorun ısınmasını engellemelidir.
- Nem çıkışını sağlayıp, girişini engelleyen için bir çek valf bulunmalıdır.
- Handpiece hafif ve ergonomik yapıda olmalıdır.
- Handpiece üzerinde aspirayon çıkışı bulunmalıdır.
- Handpiece'in operasyon kullanım limitleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

ROTASYON MODU

İleri
İleri/ Ger

DÜŞÜK LİMİT

500 rpm
500 rpm

YÜKSEK LİMİT

30,000 rpm
7.500 rpm

J- Kurumumuzda mevcut Medtronic marka Derbider cihazına uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf VAYISOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
K.B.B. A.B.D.
Tic. Sic. No: 3323

Prof. Dr. Onur İSMİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak-Burun-Böğaz Hastalıkları
Tic. Sic. No: 3323