

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/02/2020

İlan No : 2020-02-646
İstem No : 52380
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Acil / Çocuk Acil Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

HG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNFÜZYON İĞNE SETİ, KEMİK İÇİ, INTRAOSSEOZ, 15G, 15MM	15	Adet					
2	İNFÜZYON İĞNE SETİ, KEMİK İÇİ, INTRAOSSEOZ, 15G, 25MM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim:

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2.KEZ PIYASAYA ÇIKILMIŞTIR

İNTRAOSSEOS İNFÜZYON İĞNE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Set damar yolu bulunamayan hastalarda kemik içi infüzyon amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2.Set içerisinde: en az 1 adet İntaosseoz iğne ve 1 adet Serum Seti ara bağlantısı yer almalıdır.
- 3.Set steril, blister ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve üzerinde part no, içerik bilgileri, son kullanım tarihi ve iğne ölçüleri açık bir şekilde yazılı olmalıdır.
- 4.İntaosseoz iğne ile damar yolundan gönderilebilen her türlü kan ve kan ürünleri, sıvı ve ilaçlar İntaosseoz yol ile de gönderilebilmelidir,
- 5.İntaosseoz iğne üzerinde, penetrasyon doğruluğunu göstermek amacıyla ölçüm çizgileri olmalıdır.
- 6.İntaosseoz iğne, 90 derece dik açıda Driver ile hızlı döndürülerek kemik içine sağlanmalıdır.
- 7.İntaosseoz iğne 15 G kalınlıkta olmalı ve isteği yapan birimin isteğine bağlı olarak 25mm, 15mm uzunluğunda teslim edilmelidir.
- 8.Serum seti ara bağlantısının bir tarafı leur lock, diğer tarafı iğnesiz valf girişi şeklinde olmalı ve ortasında açma-kapama klempı bulunmalıdır.
- 9.Her set için 1 adet İntaosseoz iğne Stabilizatörü ayrıca verilmelidir.
- 10.Stabilizatör iğne ile ara bağlantısının birleşmesini engelleyecek şekilde ve iğneyi dışarıdan gelecek darbelere karşı koruyacak şekilde dizaynedilmiş olmalıdır.
- 11.Stabilizatör kolay uygulanabilmeli ve cilde yapışan kısımlarında şeffaf boşlukları olmalıdır.
- 12.Teslim edilen set ve stabilizatörler, teslim itibarıyla en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
- 13.Her 20 adet set için 1 adet Driver Ücretsiz olarak verilmelidir.
- 14.Driver Üretici Firmanın en son ürettiği modeli olmalıdır.
- 15.Driver üzerinde pil/bataryanın durumunu gösteren ışığı olmalı, ışık pilin/bataryanın bitmesine en az 10 uygulama kala yanıp sönecek şekilde uyarı verebilmelidir.
- 16.Driverın Ucunda, iğnenin yerleştirilmesini ve sabitlemesini kolaylaştırmak amacıyla mıknatıs sistemi olmalıdır.
- 17.Driver ın kılınılmadığı zamanlarda ve yanlışlıkla basılmasını engellemek için tetik kısmını kapatan kapak mekanizması olmalıdır.
- 18.Driver, özel taşıma çantasıyla teslim edilmelidir.
- 19.Malzemeyi teslim eden firma; Humerus, tibia uygulamalarının yapılabileceği eğitim kitleri ile uygulamalı eğitim verecektir.


İbrahim DUMAN
Çocuk Acil Sorumlu Hemşiresi

Doç. Dr. Gülçin BOZLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.
Din Tes. No 69522-95082

