

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

17/02/2020

İlan No : 2020-02-800
İstem No : 52446
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Biyokimya
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PRO-BNP	800	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Unicell Nt ProBNP Testi Teknik Özellikler;

1. Cihaz immünfloresan yöntemle çalışabilmelidir.
2. Cihaz Nt-ProBNP testini kit cihaza yüklendikten 10 dakika sonra verebilmelidir.
3. Cihaz Nt-ProBNP testini serum, tam kan veya plazmadan çalışabilmelidir.
4. Nt ProBNP testi için üst okuma aralığı 22000 pg/mL olmalıdır.
5. Test inkübasyonu hem cihaz üzerinde hem de dışarda yapılabilmesi, inkübasyon dışarda yapıldığında cihaz kullanıcıyı okumadan 10 saniye önce uyarmalıdır.
İnkübasyonu dışarda yapılan her test için cihaz menüsünde zamanlama yapılabilmelidir. Kullanıcı, inkübasyonu dışarda yapılan testler için herhangi bir zaman sayacına ihtiyaç duymamalıdır.
6. Cihaz dahili printera ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
7. Cihaz 10.000 hasta sonucunu hafızasında saklayabilmeli, hasta sonuçları harici bir diske alınabilmelidir.
8. Cihaz hastane otomasyonuna CAT5 ve CAT6 kablolarıyla(Rj45 konnektörle) bağlanabilmelidir. Cihaz üzerinde IP konfigürasyonu yapılabilmesi ve UDP portunu kullanarak LIS'e hasta sonuçlarını gönderebilmelidir.
9. Cihaz hafızasında eski sonuçlar seçilerek LIS'e gönderilebilmelidir.

Prof. Dr. Lütfi TAMER
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D. Başk.

Prof. Dr. M. Burak Yavuz LİMEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip Tas No 72459